









EU Declaration of Conformity			en
<b>Type:</b> V12P series scales; Models V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M <b>Manufacturer:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described above is in conformity with the following European directives and standards or normative documents:			
Marking	Directive	Harmonized standards / Normative documents	
  1259 <sup>1)</sup>	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Applies only to certified non-automatic weighing instruments V12P...M. 1) XX Year of initial conformity assessment. 1259 The notified body METAS-Cert performed the evaluation and issued the certificate 6030-00075 for Module D. 2) The notified body No. 0122 - NMI Certin B.V. performed the evaluation and issued the certificate T11897 for Module B.			
Issued: 2021-03-31		Place: Parsippany, NJ 07054, USA	

Dichiarazione di conformità UE			it
<b>Tipo:</b> Bilance di serie V12P; Modelli V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M <b>Produttore:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore. L'oggetto della presente dichiarazione è conforme con le seguenti direttive e con i documenti normativi o standard dell'Unione Europea:			
Marchio	Direttiva	Standard armonizzati / Documenti normativi	
  1259 <sup>1)</sup>	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (UE) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Si applica solo agli strumenti di pesatura non automatica certificati V12P...M. 1) XX Anno di valutazione iniziale di conformità. 1259 L'organismo notificato METAS-Cert eseguita la valutazione e rilasciato il certificato 6030-00075 per il modulo D. 2) L'organismo notificato No. 0122 - NMI Certin B.V. eseguita la valutazione e rilasciato il certificato T11897 per il modulo B.			
Data di rilascio: 2021-03-31		Luogo: Parsippany, NJ 07054, USA	


Declaración de conformidad UE			es
<b>Tipo:</b> Básculas de la serie V12P; Modelos V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M <b>Fabricante:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America La presente declaración de conformidad se publica bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante. El objeto de la declaración descrita anteriormente cumple las siguientes directivas y normas o documentos normativos europeos:			
Marcado	Directiva	Normas armonizadas / Documentos normativos	
  1259 <sup>1)</sup>	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (UE) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Aplicable solo para los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático certificados V12P...M. 1) XX Año de la evaluación inicial de conformidad. 1259 El organismo notificado METAS-Cert realizó la evaluación y emitió el certificado 6030-00075 para el Módulo D. 2) El organismo notificado No. 0122 - NMI Certin B.V. realizó la evaluación y emitió el certificado T11897 para el Módulo B.			
Publicado: 2021-03-31		Lugar: Parsippany, NJ 07054, USA	

Декларация за съответствие на ЕС			bg
<b>Тип:</b> Серия везни V12P; Модели V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M <b>Производител:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Настоящата декларация за съответствие е издадена на пълната отговорност на производителя. Предметът на декларацията, описан по-горе е в съответствие със следните европейски директиви и стандарти или нормативни документи:			
Маркировка	Директива	Хармонизирани стандарти / Нормативни документи	
  1259 <sup>1)</sup>	EMC: 2014/30/EC LVD: 2014/35/EC RoHS: 2011/65/EC, (EC) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/EC	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Важи само за сертифицирани измервателни уреди с неавтоматично действие V12P...M. 1) XX Година на първоначалната оценка за съответствие. 1259 Нотифицираният орган METAS-Cert е извършил оценката и е издал сертификат 6030-00075 за модул D. 2) Нотифицираният орган No. 0122 - NMI Certin B.V. е извършил оценката и е издал сертификат T11897 за модул B.			
Издадено на: 2021-03-31		Място: Parsippany, NJ 07054, USA	

Déclaration de conformité UE			fr
<b>Type :</b> Balances de la série V12P; Modèles V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M <b>Fabricant :</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant. L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme aux directives, normes et documents européens suivants:			
Marquage	Directive	Harmonisation des normes / Documents normatifs	
  1259 <sup>1)</sup>	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (UE) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
S'applique seulement aux instruments de pesage non automatiques et certifiés V12P...M. 1) XX Année d'évaluation de la conformité initiale. 1259 L'organisme notifié METAS-Cert effectué l'évaluation et a délivré le certificat 6030-00075 pour le module D. 2) L'organisme notifié No. 0122 - NMI Certin B.V. effectué l'évaluation et a délivré le certificat T11897 pour le module B.			
Délivré le : 2021-03-31		Lieu : Parsippany, NJ 07054, USA	

EU – Prohlášení o shodě			cs
<b>Typ:</b> Váhy série V12P; Modely V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M <b>Výrobce:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Za toto prohlášení o shodě nese odpovědnost pouze výrobce. Předmět prohlášení o shodě nese odpovědnost pouze výrobce.			
Značka	Směrnice	Harmonizované normy / Normativní dokumenty	
  1259 <sup>1)</sup>	RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863 EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Platí pouze pro certifikované neautomatické nástroje vážení V12P...M. 1) XX Rok úvodního hodnocení shody. 1259 Oznámený subjekt METAS-Cert provedl posouzení a vydal certifikát 6030-00075 pro modul D. 2) Oznámený subjekt No. 0122 - NMI Certin B.V. provedl posouzení a vydal certifikát T11897 pro modul B.			
Vydáno: 2021-03-31		Místo: Parsippany, NJ 07054, USA	

EU-Konformitätserklärung			de
<b>Typ:</b> Waagen der Serie V12P; Modelle V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M <b>Hersteller:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der Konformitätserklärung. Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung stimmt mit den folgenden europäischen Richtlinien und Normen oder Vorschriften überein:			
Kennzeichnung	Richtlinie	Harmonisierte Normen / Vorschriften	
  1259 <sup>1)</sup>	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Gilt nur zertifizierte nichtselbsttätige Waagegeräte V12P...M. 1) XX Jahr der anfänglichen Konformitätsbewertung. 1259 Die notifizierte Stelle METAS-Cert durchgeführt Bewertung und erteilt das Zertifikat 6030-00075 für Modul D. 2) Die notifizierte Stelle No. 0122 - NMI Certin B.V. durchgeführt Bewertung und erteilt das Zertifikat T11897 für Modul B.			
Ausgestellt: 2021-03-31		Ort: Parsippany, NJ 07054, USA	

EU-overensstemmelseserklæring			da
<b>Type:</b> V12P serie-skalaer; Modeller V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M <b>Producent:</b> OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under producentens eneansvar. Genstanden for den ovenfor beskrevne erklæring er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver og standarder eller normative dokumenter:			
Mærkning	Direktiv	Harmoniserede standarder / Normative dokumenter	
  1259 <sup>1)</sup>	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Gælder kun for certificerede ikke-automatiske vejinstrumenter V12P...M. 1) XX Året for første overensstemmelsesvurdering. 1259 Det bemyndigede organ METAS-Cert har foretaget vurderingen og udstedt certifikatet 6030-00075 for modul D. 2) Det bemyndigede organ No. 0122 - NMI Certin B.V. har foretaget vurderingen og udstedt certifikatet T11897 for modul B.			
Udstedt: 2021-03-31		Sted: Parsippany, NJ 07054, USA	



Δήλωση Συμμόρφωσης EE			el
Τύπος: Ζυγοί σειράς V12P; Μοντέλα V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M			
Κατασκευαστής: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America			
Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.			
Το αντικείμενο της δήλωσης το οποίο περιγράφεται παραπάνω συνάδει με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα ή κανονιστικά έγγραφα:			
Σήμανση	Όδηγία	Εναρμονισμένα πρότυπα / Κανονιστικά έγγραφα	
CE	EMC: 2014/30/EE LVD: 2014/35/EE RoHS: 2011/65/EE, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	CE MXX 1259 <sup>1)</sup>	NAWI: 2014/31/EE EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Ισχύει μόνο για πιστοποιημένα μη αυτόματα όργανα ζύγισης V12P...M.			
1) XX Έτος αρχικής αξιολόγησης συμμόρφωσης. 1259 Ο κοινοποιημένος οργανισμός METAS-Cert πραγματοποίησε αξιολόγηση και εξέδωσε το πιστοποιητικό 6030-00075 για την Ενότητα D.			
2) Ο κοινοποιημένος οργανισμός No. 0122 - NMI Certin B.V. πραγματοποίησε αξιολόγηση και εξέδωσε το πιστοποιητικό T11897 για την Ενότητα B.			
Έκδοση: 2021-03-31		Τόπος: Parsippany, NJ 07054, USA	

EU megfeleloségi nyilatkozat			hu
Τύπος: V12P sorozatú mérlegek; Modellek V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M			
Gyártó: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America			
Ezen megfeleloségi nyilatkozat kiadása a gyártó kizárólagos felelősége mellett történt.			
A nyilatkozat fent leírt tárgya megfelel az alábbi európai irányelveknek és szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak:			
Jelölés	Direktíva	Harmonizált szabványok / Normatív dokumentumok	
CE	EMC: 2014/30/EE LVD: 2014/35/EE RoHS: 2011/65/EE, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	CE MXX 1259 <sup>1)</sup>	NAWI: 2014/31/EE EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Csak minősített nem automatikus súlymértő eszközökre érvényes V12P...M.			
1) XX Az eredeti megfeleloségi értékelés éve. 1259 A bejelentett szervezet METAS-Cert elvégezte az értékelést és kiadta a 6030-00075 számú bizonyítványt a D.			
2) A bejelentett szervezet No. 0122 - NMI Certin B.V. elvégezte az értékelést és kiadta a T11897 számú bizonyítványt a B.			
Kiadva: 2021-03-31		Hely: Parsippany, NJ 07054, USA	

EL vastavusdeklaratsioon			et
Τύπος: V12P seeria kaalud; Mudelid V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M			
Tootja: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America			
Käesolev vastavusdeklaratsioon väljastatakse tootja ainuisikulisel vastutusel.			
Ülalnimetatud deklaratsioon objekt on vastavuses järgmistele Euroopa direktiividega ja standardite või normatiivdokumentidega:			
Tähis	Direktiiv	Ühtlustatud standardid / Normatiivdokumendid	
CE	2014/30/EL (EMC) 2014/35/EL (LVD) 2011/65/EL, (EU) 2015/863 (RoHS)	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	CE MXX 1259 <sup>1)</sup>	NAWI: 2014/31/EL EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Kehtib ainult kinnitatud mitteautomaatsete kaalude puhul V12P...M.			
1) XX Eeslisge vastavushindamise aasta. 1259 Teavitatud asutus METAS-Cert viis läbi hindamise ja andis välja Mooduli D sertifikaadi 6030-00075.			
2) Teavitatud asutus No. 0122 - NMI Certin B.V. viis läbi hindamise ja andis välja Mooduli B sertifikaadi T11897.			
Välja antud: 2021-03-31		Koht: Parsippany, NJ 07054, USA	

ES atitikties deklaracija			lt
Τύπος: V12P serijos svarstyklės; Modeliai V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M			
Gamintojas: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America			
Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo išimtinė atsakomybe.			
Aukščiau apibūdintas deklaracijos objektas atitinka šiuo Europos direktyvų ir standartų ar normatyvinių dokumentų reikalavimus:			
Ženklas	Direktyva	Darnieji standartai / Normatyviniai dokumentai	
CE	EMC: 2014/30/ES LVD: 2014/35/ES RoHS: 2011/65/ES, (ES) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	CE MXX 1259 <sup>1)</sup>	NAWI: 2014/31/ES EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Galloja tik sertifikuotiems neautomatiniams svėrimo prietaisams V12P...M.			
1) XX Pirminio atitikties vertinimo metai. 1259 Notifikuotoji įstaiga METAS-Cert atliko vertinimą ir išdavė D moduliuo sertifikata 6030-00075.			
2) Notifikuotoji įstaiga No. 0122 - NMI Certin B.V. atliko vertinimą ir išdavė B moduliuo sertifikata T11897.			
Išduotas: 2021-03-31		Vieta: Parsippany, NJ 07054, USA	



EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus			fi
Τύπος: V12P -sarjojen vaa'at; Mallit V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M			
Valmistaja: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America			
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu ainoastaan valmistajan vastuulla.			
Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on yhdenmukainen seuraavien EU-direktiivien ja standardien tai ohjeellisten asiakirjojen kanssa:			
Merkintä	Direktiivi	Yhdenmukaistetut standardit / Ohjeelliset asiakirjat	
CE	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	CE MXX 1259 <sup>1)</sup>	NAWI: 2014/31/EU EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Koskee vain sertifioituja ei-automaattisia vaakvoja V12P...M.			
1) XX Vuosi, jolloin vaatimustenmukaisuuden arvioinninnettely on aloitettu. 1259 Ilmoitettu laitos METAS-Cert suoritti arvioinnin ja antoi moduulin D todistuksen 6030-00075.			
2) Ilmoitettu laitos No. 0122 - NMI Certin B.V. suoritti arvioinnin ja antoi moduulin B todistuksen T11897.			
Julkaistu: 2021-03-31		Paikka: Parsippany, NJ 07054, USA	



ES Atbilstības deklarācija			lv
Τύπος: V12P sērijas svāri; Modeļi V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M			
Ražotājs: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America			
Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību.			
Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst šādām Eiropas direktīvām un standartiem vai normatīvajiem dokumentiem:			
Marķēšana	Direktīva	Saskaņotie standarti / Normatīvie dokumenti	
CE	EMC: 2014/30/ES LVD: 2014/35/ES RoHS: 2011/65/ES, (ES) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	CE MXX 1259 <sup>1)</sup>	NAWI: 2014/31/ES EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Attiecas tikai uz sertificētiem neautomātiskajiem svariem V12P...M.			
1) XX Sākotnējās atbilstības novērtēšanas gads. 1259 Paziņotā iestāde METAS-Cert veica novērtējumu un izsniegusi sertifikātu 6030-00075 par D moduļa.			
2) Paziņotā iestāde No. 0122 - NMI Certin B.V. veica novērtējumu un izsniegusi sertifikātu T11897 par B moduļa.			
Izdota: 2021-03-31		Vieta: Parsippany, NJ 07054, USA	

EU Izjava o sukladnosti			hr
Τύπος: Vage serija V12P; Modeli V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M			
Proizvođač: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America			
Ova deklaracija o sukladnosti izdaje se pod punom odgovomnosti proizvođača.			
Gore navedeni predmet deklaracije sukladani je sa sljedećim europskim direktivama i standardima odnosno normativnim dokumentima:			
Oznaka	Direktiva	Usuglašeni standardi / Normativni dokumenti	
CE	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	CE MXX 1259 <sup>1)</sup>	NAWI: 2014/31/EU EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Odnosi se isključivo na neautomatske instrumente za vaganje V12P...M.			
1) XX Godina prve procjene sukladnosti. 1259 Prijavljeno tijelo METAS-Cert izvršilo je procjenu i izdalo certifikat 6030-00075 za Modul D.			
2) Prijavljeno tijelo No. 0122 - NMI Certin B.V. izvršilo je procjenu i izdalo certifikat T11897 za Modul B.			
Izdano: 2021-03-31		Mjesto: Parsippany, NJ 07054, USA	



Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE			mt
Τύπος: Mwiežen serje V12P; Mudelli V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M			
Manifattur: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America			
Din id-Dikjarazzjoni ta' Konformità hija mahruġa bir-responsabbiltà unika tal-manifattur.			
L-iskop tad-dikjarazzjoni deskritta hawn fuq hija l-konformità mad-direttivi u standards Ewropej li ġejjin jew dokumenti normativi:			
Markar	Direttiva	Standards armonizzati / Dokumenti normativi	
CE	EMC: 2014/30/UE LVD: 2014/35/UE RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
	CE MXX 1259 <sup>1)</sup>	NAWI: 2014/31/UE EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Japplika biss għal strumenti tal-użin ċertifikati mhux awtomatiċi V12P...M.			
1) XX Sena ta' evalwazzjoni ta' konformità inizjali. 1259 Il-korp notifikat METAS-Cert mexxa l-istima u hareġ iċ-ċertifikat 6030-00075 għall-Modulu D.			
2) Il-korp notifikat No. 0122 - NMI Certin B.V. mexxa l-istima u hareġ iċ-ċertifikat T11897 għall-Modulu B.			
Mahruġ: 2021-03-31		Post: Parsippany, NJ 07054, USA	






EU-conformiteitsverklaring			nl
Type: V12P-serie weegschalen; Modellen V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M			
Fabrikant: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America			
Deze conformiteitsverklaring wordt uitsluitend afgegeven onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant.			
Het voorwerp van de hierboven beschreven verklaring is conform de volgende Europese richtlijnen en normen of normatieve documenten:			
Markering	Richtlijn	Geharmoniseerde normen / Normatieve documenten	
	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
 MXX 1259 <sup>1)</sup>	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Geldt uitsluitend voor gecertificeerde niet-automatische weeginstrumenten V12P...M.			
1) XX Jaar van initiële conformiteitsbeoordeling. 1259 De aangemelde instantie METAS-Cert heeft een beoordeling uitgevoerd en het certificaat 6030-00075 afgegeven voor module D.			
2) De aangemelde instantie No. 0122 - NMI Certin B.V. heeft een beoordeling uitgevoerd en het certificaat T11897 afgegeven voor module B.			
Afgelaten op: 2021-03-31		Plaats: Parsippany, NJ 07054, USA	

Declaratia UE de conformitate			ro
Tip: Cântare seria V12P; Modele V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M			
Producător: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America			
Responsabilitatea pentru întocmirea prezentei declarații de conformitate revine exclusiv producătorului.			
Obiectul declarației de mai sus este în conformitate cu următoarele directive și standarde europene sau documente normative:			
Marcaj	Direcțivă	Standarde armonizate / Documente normative	
	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (UE) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
 MXX 1259 <sup>1)</sup>	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Se aplică exclusiv pentru aparatele de cântărit certificate cu funcționare neautomată V12P...M.			
1) XX Anul evaluării inițiale a conformității. 1259 Organismul notificat METAS-Cert a efectuat evaluarea și a emis certificatul 6030-00075 pentru modulul D.			
2) Organismul notificat No. 0122 - NMI Certin B.V. a efectuat evaluarea și a emis certificatul T11897 pentru modulul B.			
Emis la: 2021-03-31		Locul: Parsippany, NJ 07054, USA	


EU-samsvarserklæring			no
Type: V12P-serie vektskåler; Modeller V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M			
Produsent: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America			
Denne samsvarserklæringen er utstedt under eget ansvar av produsenten.			
Formålet med erklæringen som er beskrevet ovenfor er samsvar med følgende EU-direktiver og standarder eller normative dokumenter:			
Merking	Direktiv	Harmoniserte standarder / Normative dokumenter	
	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
 MXX 1259 <sup>1)</sup>	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Gjelder kun for sertifiserte ikke-automatiske vekt V12P...M.			
1) XX År for innledende samsvarsvurdering. 1259 Det meldte organet METAS-Cert har gjennomført vurderingen og utstedt sertifikatet 6030-00075 for modul D.			
2) Det meldte organet No. 0122 - NMI Certin B.V. har gjennomført vurderingen og utstedt sertifikatet T11897 for modul B.			
Utgitt: 2021-03-31		Stede: Parsippany, NJ 07054, USA	

EÚ Vyhľadanie o zhode			sk
Typ: Váha série V12P; Modely V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M			
Výrobca: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America			
Za toto vyhlásenie o zhode nesie zodpovednosť iba výrobca.			
Predmet vyhlásenia opísaný vyššie je v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami a normami alebo normatívnymi dokumentami:			
Značka	Smernica	Harmonizované normy / Normatívne dokumenty	
	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EÚ) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
 MXX 1259 <sup>1)</sup>	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Plati iba pre certifikované neautomatizované nástroje váženia V12P...M.			
1) XX Rok úvodného hodnotenia zhody. 1259 Notifikovaný orgán METAS-Cert vykonal posúdenie a vydal certifikát 6030-00075 pre modul D.			
2) Notifikovaný orgán No. 0122 - NMI Certin B.V. vykonal posúdenie a vydal certifikát T11897 pre modul B.			
Vydané: 2021-03-31		Miesto: Parsippany, NJ 07054, USA	

UE Deklaracja Zgodności			pl
Typ: Wagi serii V12P; Modele V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M			
Producent: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America			
Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta.			
Przedmiot deklaracji opisany powyżej pozostaje w zgodności z następującymi europejskimi dyrektywami i normami unijnymi, lub też z dokumentami normatywnymi:			
Oznaczenie	Dyrektywa	Zharmonizowane normy / Dokumenty normatywne	
	EMC: 2014/30/UE LVD: 2014/35/UE RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
 MXX 1259 <sup>1)</sup>	NAWI: 2014/31/UE	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Dotyczy wyłącznie zatwierdzonych nieautomatycznych przyrządów wagowych V12P...M.			
1) XX Rok rozpoczęcia oceny zgodności. 1259 Jednostka notyfikowana METAS-Cert przeprowadziła ocenę i wydała certyfikat 6030-00075 dla Modułu D.			
2) Jednostka notyfikowana No. 0122 - NMI Certin B.V. przeprowadziła ocenę i wydała certyfikat T11897 dla Modułu B.			
Wydano: 2021-03-31		Miejsce: Parsippany, NJ 07054, USA	

Izjava EU o skladnosti			sl
Tip: Tehtnice iz serij V12P; Modeli V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M			
Proizvajalec: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America			
Za to izjavo o skladnosti odgovarja izključno proizvajalec.			
Predmet izjave, ki je opisan zgoraj, je skladen z naslednjimi evropskimi direktivami in standardi ali normativnimi dokumenti:			
Oznaka	Direktiva	Harmonizirani standardi / Normativni dokumenti	
	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
 MXX 1259 <sup>1)</sup>	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Velja samo za certificirane neavtomatske instrumente za tehtanje V12P...M.			
1) XX Leto prvotne ocene skladnosti. 1259 Priglaseni organ METAS-Cert izvede oceno in izdal certifikat 6030-00075 za Modul D.			
2) Priglaseni organ No. 0122 - NMI Certin B.V. izvede oceno in izdal certifikat T11897 za Modul B.			
Datum izdaje: 2021-03-31		Kraj: Parsippany, NJ 07054, USA	

Declaração de Conformidade UE			pt
Tipo: Balanças série V12P; Modelos V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M			
Fabricante: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America			
Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.			
O objeto da declaração acima descrita está em conformidade com as diretivas e normas europeias ou documentos normativos seguintes:			
Marcação	Diretiva	Normas harmonizadas / Documentos normativos	
	EMC: 2014/30/UE LVD: 2014/35/UE RoHS: 2011/65/UE, (UE) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
 MXX 1259 <sup>1)</sup>	NAWI: 2014/31/UE	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Aplica-se apenas a instrumentos de pesagem não automática certificados V12P...M.			
1) XX Ano de avaliação inicial de conformidade. 1259 O organismo notificado METAS-Cert realizou a avaliação e emitiu o certificado 6030-00075 para o Módulo D.			
2) O organismo notificado No. 0122 - NMI Certin B.V. realizou a avaliação e emitiu o certificado T11897 para o Módulo B.			
Emitido em: 2021-03-31		Local: Parsippany, NJ 07054, USA	

EU-försäkran om överensstämmelse			sv
Typ: Vägar i V12P-serien; Modeller V12P3, V12P6, V12P15, V12P30, V12P3T, V12P6T, V12P15T, V12P30T, V12P3T-M, V12P6T-M, V12P15T-M, V12P30T-M			
Tillverkare: OHAUS Corporation • 7 Campus Drive #310 • Parsippany, NJ 07054 • United States of America			
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.			
Föremålen för försäkran beskrivna ovan överensstämmer med följande europeiska direktiv och standarder eller normativa dokument:			
Märkning	Direktiv	Harmoniserade standarder / Normativa dokument	
	EMC: 2014/30/EU LVD: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863	EN 61326-1:2013 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN IEC 63000:2018	
 MXX 1259 <sup>1)</sup>	NAWI: 2014/31/EU	EN 45501:2015 <sup>2)</sup>	
Gäller endast certifierade, icke-automatiska vägar V12P...M.			
1) XX Året för första bedömningen av överensstämmelse. 1259 Det anmälda organet METAS-Cert utförde en bedömning och utfärdade certifikatet 6030-00075 för modul D.			
2) Det anmälda organet No. 0122 - NMI Certin B.V. utförde en bedömning och utfärdade certifikatet T11897 för modul B.			
Utgivens: 2021-03-31		Plats: Parsippany, NJ 07054, USA	

In case of translation errors, the English version of the EU Declaration of Conformity should be taken as the official version.

   
 Ted Xia                      Gavin Cao  
 President                    Compliance Manager

