



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy |
Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) | Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com | www.biosigma.it

M521D

Rev. 20/07/2017


SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

PIPETTE PASTEUR IN PE

Codice CND W0503020199 PIPETTE - ALTRE

PASTEUR PIPETTES IN PE

MADE IN CHINA



Dispenser Box 500 pcs
Per pipette da 1 e 3 ml non sterili
For 1 and 3 ml not sterile pipettes



STANDARD

Codice <i>Reference</i>	Descrizione <i>Description</i>	Lunghezza <i>Length</i> <i>(mm)</i>	Capacità bulbo <i>Bulb draw (ml)</i>	Graduazioni <i>Graduations</i>	Sterile	Confezionamento pz. <i>Packaging pcs.</i>
BSV134	Pasteur Pipette 1 ml	160	4.50	si/yes	no	6 dispenser boxes X 500
390509	Pasteur pipettes 1 ml	160	4.50	si/yes	no	1 dispenser box X 500
BSV1351	Pasteur Pipette 1 ml	160	4.50	si/yes	si/yes	1000 in individual peel-pack
BSV135	Pasteur Pipette 1 ml	160	4.50	si/yes	si/yes	1000 in peel-pack of 5 pcs
BSV136	Pasteur Pipette 3 ml	160	4.20	si/yes	no	6 dispenser boxes X 500
390512	Pasteur Pipette 3 ml	160	4.20	si/yes	no	1 dispenser box X 500
BSV1371	Pasteur Pipette 3 ml	160	4.20	si/yes	si/yes	1000 in individual peel-pack
BSV137	Pasteur Pipette 3 ml	160	4.20	si/yes	si/yes	1000 in peel-pack of 5 pcs
BSV140	Fast Read Pipette	125	1	no	no	6 bags X 1000
BSV150	Pipette for Card Test	70	1	no	no	10 bags X 1000
BSV150/G	Pipette for Card Test/yellow	70	1	no	no	10 bags X 1000

N.B.: I volumi riportati sono puramente indicativi. Questi dispositivi non hanno funzione di misura.
Volumes are only indicatives. These devices have no function of measuring.

DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO CE
Destinato esclusivamente ad uso professionale

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio in vitro
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Per i prodotti STERILI: non utilizzare se la confezione è danneggiata.
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min -10° max +50°
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo la normativa vigente



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy |
Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) | Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com | www.biosigma.it

M521D

Rev. 20/07/2017

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE

for professional use only

RECOMMENDATION USE (exclusive as information)

- Use only for laboratory analysis
- Use gloves: contamination risk if contents leaks
- Keep out of flame or heat sources which might damage the product
- Do not use after expiry date
- Sterile product: Do not use if package damaged
- Do not vary the intended purpose of the product
- Keep out of reach of children
- Store in dry place, temperature range: min. - 10 °C max 50°C
- Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

DEFINIZIONE DEL FABBRICANTE / MANUFACTURER DEFINITION

BIOSIGMA S.r.l.

Via Valletta, 6 - 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY

Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228

E-mail: info@biosigma.com - http://www.biosigma.it - http://www.biosigma.com

DESTINAZIONE D'USO / DESTINATION OF USE

Le PIPETTE sono prodotti monouso destinati all'uso in laboratorio per aspirazione e dispensazione di liquidi anche di origine biologica. **ESCLUSIVAMENTE PER USO IN VITRO.**

L'uso e la manipolazione dei dispositivi è riservata al personale medico e tecnico con le necessarie abilitazioni e preparazione professionale.

Pasteur Pipettes are disposable labware intended to be used on laboratory to aspire and dispense liquids also of organic origin. FOR IN VITRO USE ONLY.

The use and the manipulation of the devices are reserved to the medical and technical staff with the necessary professional qualification.

CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION

Ai fini della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro recepita in Italia con D.L. n. 332, G.U.R.I. n. 269 del 17 novembre 2000, Biosigma S.r.l. identifica tutti i prodotti della famiglia PIPETTE PASTEUR come dispositivi medico-diagnostici in vitro e li classifica come "Altri dispositivi medico-diagnostici in vitro", quindi da rendere conformi all'allegato III della direttiva.

In order to the Directive 98/79/CE concerning medical-diagnostic in vitro devices receipt in Italy with D.L. n. 332 G.U.R.I. n. 269 dated 17 November 2000, Biosigma S.r.l., defines all the components of the above-state family as medical-diagnostic in vitro devices and it classifies as "Other medical-diagnostic in vitro devices", in order to make conformable the attachment III of the directive.

MATERIALI / MATERIALS

I dispositivi PIPETTE sono prodotti in Polietilene (PE), sulla base delle destinazioni d'uso.

Il polietilene è un polimero termoplastico, leggermente opaco, leggero, infrangibile, ottima resistenza chimica, buona resistenza ai solventi. Particolarmente usato per la produzione di pipette Pasteur e di tappi per provette.

The devices PIPETTES are produced in Polyethylene (PE), on the base of the properties indicated for the individual destination use.

The Polyethylene is a thermoplastic polymer, lightly opaque, light, unbreakable, it has excellent characteristics of chemical resistance (to ambient temperature it does not come melted from some dissolvent).

MATERIALI USATI PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI / MATERIALS USED FOR PACKAGING OF PRODUCTS

Tutti i componenti utilizzati per il confezionamento sono prodotti in materiali non inquinanti, idonei allo scopo a cui sono destinati.



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy |
Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) | Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com | www.biosigma.it

M521D

Rev. 20/07/2017

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

All components used for packaging are not polluting products suitable to the scope to which they are destined.















Tutti i prodotti venduti come "STERILI" sono sterilizzati a raggi Beta in conformità con le normative UNI EN 556 e UNI EN ISO 11137. Sterility Assurance Level (SAL) di 10⁻⁶

All products sell as "STERILE" are sterilized with Beta rays in compliance with EN 556 and EN ISO 11137 standards. Sterility Assurance Level (SAL) di 10⁻⁶

La Dichiarazione di conformità alla Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro è disponibile, su richiesta, presso l'Ufficio Qualità Biosigma S.r.l.

The Declaration of Conformity in accordance to the Directive 98/79/CE is available, on request, to the Quality Department Biosigma S.r.l.

**Interpretazione dei simboli sull'imballaggio
Interpretation of the symbols on the package**

	Questo prodotto è conforme alla Direttiva 98/79/CE sui Dispositivi Medico Diagnostici In Vitro. <i>This product fulfils the requirements of Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices</i>		Simbolo per "Mantenere secco" <i>Symbol for "Keep dry"</i>
	Simbolo per "non riutilizzare" <i>Symbol for "Do not reuse"</i>		Simbolo per "codice del lotto" <i>Symbol for "batch code"</i>
	Simbolo per "Consultare le istruzioni per l'uso" <i>Symbol for "Consult Instructions for Use"</i>		Simbolo per "utilizzare entro" <i>Symbol for "Use by"</i>
	Simbolo per "limite di temperatura" <i>Symbol for "temperature limitation"</i>		Simbolo per "fabbricante" <i>Symbol for "Manufacturer"</i>
	Simbolo per "Dispositivo Medico-Diagnostico In Vitro" <i>Symbol for "In Vitro Diagnostic Medical Device"</i>		Simbolo per "Fragile, maneggiare con cura" <i>Symbol for "Fragile, handle with care"</i>
	Simbolo per "Metodo di sterilizzazione con radiazioni ionizzanti" <i>Symbol for "Method of sterilization using irradiation"</i>		Simbolo per "Metodo di sterilizzazione con ossido di etilene" <i>Symbol for "Method of sterilization using ethylene oxide"</i>
	Simbolo per "Non utilizzare se la confezione è danneggiata" <i>Symbol for "Do not use if package damaged"</i>		Simbolo per "Tenere lontano dal calore" <i>Symbol for "Keep away from heat"</i>