



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |  
Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |  
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Ultimo aggiornamento  
29/09/2020

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET



### REF. BSA046

#### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tazzina portacampione utilizzabile su ABBOT AXSYM®, in PS.  
Conf. 4 X 1.000 Pz.

**Codice CND W050301020202**    **MICROPROVETTE E COPPETTE SENZA  
ADDITIVI IN MATERIALE PLASTICO PER  
ANALISI**

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000  
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	Raw material – container
Tipo	ABBOT AXSYM®	Type
Temperature tollerate	MIN -10°C    MAX +70°C	Temperature range
Dimensioni (mm)	H 53 Ø 11,8 ; Ø max 17,4	Dimensions (mm)
Validità del prodotto	10 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz)	4 X 1.000	Quantity (pcs)

#### DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

*Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain biological liquids to perform laboratory tests.  
For use in professional test laboratory only*

#### AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.  
*Keep out of flame or heat sources which might damage the product*
- Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta  
*Do not use after expiry date or if packing is opened*
- Non riutilizzare: Dispositivo monouso  
*Do not re-use: Disposable device*
- Non variare la destinazione d'uso  
*Do not vary the intended purpose of the product*
- Prodotto non adatto ai bambini  
*Keep out of reach of children*
- Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C  
*Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C*
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti  
*Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Ultimo aggiornamento  
29/09/2020

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

### DEFINIZIONE DEL FABBRICANTE / MANUFACTURER DEFINITION

**BIOSIGMA SpA**

**Via Valletta, 6 - 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY**

**Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228**

La Dichiarazione di conformità alla **Direttiva 98/79/CE** è disponibile, su richiesta, presso l'Ufficio Qualità Biosigma SpA

*The Declaration of Conformity in accordance to the **Directive 98/79/CE** is available, on request, to the Quality Department Biosigma SpA*

### Interpretazione dei simboli sull'imballaggio/ Interpretation of the symbols on the package



Questo prodotto è conforme alla Direttiva 98/79/CE sui Dispositivi Medico Diagnostici In Vitro  
*This product fulfils the requirements of Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices*



Simbolo per "Mantenere secco" *Symbol for "Keep dry"*



Simbolo per "non riutilizzare"  
*Symbol for "Do not reuse"*



Simbolo per "codice del lotto"  
*Symbol for "batch code"*



Simbolo per "Consultare le istruzioni per l'uso"  
*Symbol for "Consult Instructions for Use"*



Simbolo per "utilizzare entro"  
*Symbol for "Use by"*



Simbolo per "limite di temperatura"  
*Symbol for "temperature limitation"*



Simbolo per "fabbricante"  
*Symbol for "Manufacturer"*



Simbolo per "Dispositivo Medico-Diagnostico In Vitro"  
*Symbol for "In Vitro Diagnostic Medical Device"*



Simbolo per "Fragile, maneggiare con cura"  
*Symbol for "Fragile, handle with care"*



Simbolo per "Metodo di sterilizzazione con radiazioni ionizzanti"  
*Symbol for "Method of sterilization using irradiation"*



Simbolo per "Metodo di sterilizzazione con ossido di etilene"  
*Symbol for "Method of sterilization using ethylene oxide"*



Simbolo per "Non utilizzare se la confezione è danneggiata"  
*Symbol for "Do not use if package damaged"*



Simbolo per "Tenere lontano dal calore"  
*Symbol for "Keep away from heat"*