

**Pipette de sérologie ClearLine avec certification CE/IVD****Caractéristiques :**

- ✓ En polystyrène crystal
- ✓ Stérilisé au rayons gamma (SAL 10<sup>-6</sup>)
- ✓ Sans DNase et RNase
- ✓ Non pyrogène
- ✓ Conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par les directives européennes
- ✓ Certificat attestant de la conformité des produits pour l'utilisation en technique *d'In Vitro Diagnostic* (IVD)
- ✓ Code couleur pour une meilleure identification
- ✓ Couleur : noir
- ✓ Capacité : 50 ml
- ✓ Longueur totale : 365 ± 2 mm
- ✓ Diamètre externe : 17,5 ± 0,1 mm
- ✓ Graduation imprimée sur la surface de la pipette
- ✓ Graduation : 1 ml
- ✓ Emballage unitaire papier/plastique

**Unités :**

100 pipettes de sérologie