Dutscher

ClearLine®

FICHE TECHNIQUE | **REFERENCE : 390916**

Pipette de sérologie ClearLine avec certification CE/IVD

Caractéristiques :

- ✓ En polystyrène crystal
- ✓ Stérilisé au rayons gamma (SAL 10^{-6})
- ✓ Sans DNase et RNase
- ✓ Non pyrogène
- ✓ Conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par les directives européennes
- ✓ Certificat attestant de la conformité des produits pour l'utilisation en technique *d'In Vitro Diagnostic* (IVD)
- ✓ Code couleur pour une meilleure identification
- ✓ Couleur : noir
- ✓ Capacité : 100 ml
- ✓ Longueur totale : 330 ± 2 mm
- ✓ Diamètre externe : 24,7 ± 0,15 mm
- ✓ Graduation imprimée sur la surface de la pipette
- ✓ Graduation : 1 ml
- ✓ Emballage unitaire papier/plastique

CE IVD

Unités :

50 pipettes de sérologie

Dominique Dutscher SAS 30 rue de l'Industrie ZAC BRUMATH NORD BP62 67172 BRUMATH CEDEX
Tél : +33 (0)3 88 59 33 90 Fax : +33 (0)3 88 59 33 99 Mail : info@dutscher.com Web : www.dutscher.com