Medicom

SafeMask®
Fit+Pro

Fiche Technique

M62110V **Masque de protection respiratoire FFP2 NR – avec valve**
Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



- Conception en 3 pans pliables qui s'adapte à diverses formes et tailles de visages.
- Les mousses d'étanchéité présentes sur les pans supérieur et inférieur permettent non seulement une étanchéité parfaite mais surtout un confort inégalé pour le porteur.
- Mise en place et ajustement facilités grâce aux élastiques coulissants et à la bague de serrage.
- La valve d'expiration évacue de manière efficace la chaleur et l'humidité et permet de réduire le risque d'apparition de buée sur les lunettes du porteur.
- Grâce à son emballage individuel, le risque de contamination est maitrisé.

Usages recommandés

- Protection contre les virus et les bactéries
- Environnements avec un niveau modéré de poussières fines (construction, perçage/ponçage, agriculture)
- Industrie pharmaceutique et laboratoires
- Travail dans des environnements modérément dangereux (métallurgie, travail du bois, textile).

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	**SafeMask® Fit+Pro**
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Attaches :	Elastiques transversaux coulissants
Composition :	Barrette Nasale : Aluminium Mousses : PVC Valve : Polypropylène + silicone Elastiques : Élasthanne + polyester Couches intérieure & extérieure : Spunbond polypropylène Filtre : Meltblown polypropylène
Origine :	Chine

Article	Classe FFP	Valve oui/non	Couleur élastique	Poids unitaire (+/- 10%)	Qté / boîte
M62110V	FFP2 NR	Oui	Bleu	18 g	12

M62110V Masque de protection respiratoire FFP2 NR – avec valve

Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

CERTIFICATIONS & NORMES

- Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle.
- Conforme à la norme EN 149:2001+A:2009 qui encadre les appareils de protection respiratoire.

EN 149:2001+A1:2009				
TEST	NIVEAU EXIGÉ FFP 2	LABORATOIRE	N°RAPPORT & DATE	RÉSULTATS
Pénétration à l'huile de paraffine	< 6 % après 120 mg d'exposition	Inspec International BV (2849)	No 1.24.11.21 12/11/2024	Conformes
Pénétration au NaCl	< 6 % après 120mg d'exposition			
Fuites faciales	≤ 11 % pour au moins 46 résultats sur 50 ≤ 8% pour au moins 8 moyennes sur 10			
Résistance respiratoire inhalation 30 l/min	≤ 0,7 mbar			
Résistance respiratoire inhalation 95 l/min	≤ 2,4 mbar			
Résistance respiratoire exhalation 160 l/min	≤ 3 mbar			
Teneur en dioxyde de carbone	< 1,0 %			
Inflammabilité	Ne doit pas brûler ou continuer de brûler pendant plus de 5 secondes après le retrait de la flamme			
Surveillance annuelle selon le module D – Reg (UE) 2016/425 effectuée par BSI (2797)				

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Article	Classe FFP	QTE masques par boite	Taille boite	Poids boite	QTE boites par carton	Taille carton	Poids carton
M62110V	2	12	245 x 95 x 240 mm	310 g	12	508 x 305 x 498 mm	4,60 kg

Codes EAN

Article	Carton	Boîte
M62110V	3 662 036 023 773	3 662 036 023 780

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Medicom SAS
Bld de la chanterie | 49124 Saint Barthélemy d'Anjou – France
T : 33 (0) 241 963 434 | F : + 33 (0) 241 963 453 | sales.support.pro.eu@medicom.com | www.medicom-eu.com