

DONNÉES TECHNIQUES

CV-EL

		CV-EL 12 L GS	CV-EL 18 L GS
Chambre	Capacité	12 litre	18 litre
	Dimension	Ø 24 cm * 26 cm	Ø 24 cm * 40 cm
	Diam. Hauteur	35 cm	46,5 cm
	Material:	Aluminium No. EN AW 3103	
Autoclave compl.	Poids	7,00 kg	8,20 kg
Température et pression max.		140°C (280°F)	2,7 bar (39 psi)
		125°C (257°F)	1,4 bar (20 psi)
Soupape spécial		121°C (250°F)	1,2 bar (18 psi)
Soupape spécial		115°C (239°F)	0,7 bar (10 psi)
Pression a l'examen		4,1 bar	
Électrique	Tension nominale	AC 230 V~	
	Fréquence	50-60 Hz	
	Service	1900 W	
Construction d'appareils de pression		conforme: Directive 2006/95/EC	
Norme		EN61010-1:2001. EN 61010-2-40:2005 (IEC 1010-1:2001, IEC 1010-2-40:2005)	
GS-Certificat	No. S60090708	ZEK 01.4-08/11.11 GS-Signe „Geprüfte Sicherheit“ TÜV Rheinland	

Complet cycle se composer de:

Chauffer: **6 - 8 minutes**
 Aérer: minimum **3 minutes**
 Construire de pression: approximatif **3 minutes**
 Stérilisation et température: dépendre d'utilisation, par exemple:
 140°C – 5 min, 125°C – 15 min, 121°C – minimum 15-20 min.
 Refroidir et Séchage: Corps plein immédiat placer dehors.
 Verre après environ 30 min de 80°C.
 Fluides après environ 40 min de 70°C.

ATTENTION: PÉRIODE DE MARCHE 30 Minutes = S2 30min

APPREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES CE, A LA NORME 2006/95/EC.

GARANTIE

L'appareil a été de notre contrôle de qualité à 100% par l'étude. La garantie de ce produit (à l'exception des joints) est de **2 ans** à date d'achat.

CERTOCLAV Sterilizer GmbH

Georg Grinninger-Str. 37
 A-4050 Traun/AUSTRIA
 Tel.: +43 7229 689
 Fax: +43 7229 689-20
 Email: office@certoclav.com
 Internet: www.certoclav.com

