



Informations générales

Application :

Les tubes VACUETTE® EDTA K₃ sont utilisés pour des analyses d'hématologie et immuno-hématologie dans le sang total.

Matériaux :

Les tubes VACUETTE® EDTA K₃ sont fabriqués à partir de PET (polyéthylène téréphtalate). Le bouchon est produit à partir de PE (polyéthylène) et est coloré à partir de pigments purifiés en accord avec la norme EN 71/3. Le caoutchouc intégré au bouchon est composé de bromobutyle qualité pharmaceutique garantie sans latex. La bague de stabilité est composée de PP (polypropylène).

Fabriqué par :

Greiner Bio-One GmbH, Autriche.

Certifié en accord avec les normes EN ISO 9001 et EN ISO 13485.

Stérilité :

Stérilité interne au tube : SAL 10⁻⁶ (SAL = Sterility Assurance Level).

Standards : EN 552, EN 556, ANSI/AAMI/ ISO 11137.

Conformité :

ISO 6710 "Single-use containers for venous blood specimen collection".

H01-A6 "Tubes and Additives for Venous and Capillary Blood Specimen Collection-6th Edition"; Standard approved.

ASTM D4919 "Standard specification for testing of hazardous material packaging-annex.2 pressure (vacuum) test" (95 kPa).

Marquage CE :

IVDD 98/79/EC "Directive 98/79/CE du parlement Européen et de l'organisme public du 27 octobre 1998 en charge des dispositifs médicaux pour le diagnostic médical in vitro" Classification : autres dispositifs (tous les dispositifs excepté Annexe II et dispositif auto-test).

Conditionnement :

Les tubes sont conditionnés par portoir de 50 unités emballées dans une feuille de polyéthylène. Les cartons contiennent 24 portoirs de 50 tubes. Chaque carton est composé de 1200 tubes.

Péremption :

Tube de 1 ml : 12 mois

Tube de 2 à 9 ml : 18 mois

Tube de 4 ml liquide : 12 mois



Etiquetage :



ETIQUETTE

	Tube	Rack	Carton
Logo fabricant	X	X	X
Logo VACUETTE®	X	X	X
N° Référence	X	X	X
N° Lot	X	X	X
Date d'expiration	X	X	X
Volume de remplissage	X	X	X
Trait de jauge	X		
Dimension du tube		X	
Marquage CE	X	X	X
Marquage stérilité R	X	X	X
Sigle usage unique	X	X	X
Indicateur de stérilité			X
Description de l'additif	X	X	X
Description du bouchon			X
Information de l'emballage		X	X
Condition de stockage		X	X
Etiquette code à barre (Code 39)		X	X



VACUETTE® Tubes EDTA K₃

L'EDTA K₃ (Éthylène Diamine Tétra-Acétique tripotassique - [CH₂N (CH₂COOH)₂]₂) est un anticoagulant choisi pour le dosage des paramètres d'hématologie. L'EDTA agit comme anticoagulant en fixant les ions calcium.

Les tubes dans les tableaux suivants sont utilisés pour :

Hématologie

Immuno-
hématologie

Tubes VACUETTE® EDTA K₃



L'anticoagulant EDTA K₃ est pulvérisé à sec sur toute la paroi interne du tube VACUETTE®. La concentration est de 1,8 mg d'EDTA par ml de sang. La concentration en EDTA K₃ suit les recommandations standards internationales pour les systèmes de prélèvement sanguin – ISO 6710, CLSI H01-A6. Les tubes VACUETTE® EDTA K₃ comprenant un vide de 1 ou 2 ml (bague blanche) sont le plus souvent utilisés pour les prélèvements pédiatriques ou gériatriques.

	Référence	Taille en mm (Ø x h)	Anticoagulant	Vide (ml)	Etiquette	Couleur Bouchon	Couleur Bague
Tubes Premium	454034	13/75	EDTA K ₃	1	Papier	Violet	Blanche
	454087	13/75	EDTA K ₃	2	Papier	Violet	Blanche
	474087	13/75	EDTA K ₃	2	Transparente	Violet	Blanche
	454086	13/75	EDTA K ₃	3	Papier	Violet	Noire
	454232	13/75	EDTA K ₃	3	Papier	Violet	Blanche
	474086	13/75	EDTA K ₃	3	Transparente	Violet	Noire
	474232	13/75	EDTA K ₃	3	Transparente	Violet	Blanche
	474036	13/75	EDTA K ₃	4	Transparente	Violet	Noire
	454036	13/75	EDTA K ₃	4	Papier	Violet	Noire
	454048	13/75	EDTA K ₃	4	Papier	Violet	Noire
456036	13/100	EDTA K ₃	6	Papier	Violet	Noire	
Tubes non vissant	454222	13/75	EDTA K ₃	2	Papier	Violet	Blanche
	454217	13/75	EDTA K ₃	3	Papier	Violet	Noire
	454021	13/75	EDTA K ₃	4	Papier	Violet	Noire
	454408	13/75	EDTA K ₃	4	Papier	Violet	Noire
	454425	13/75	EDTA K ₃	4	Transparente	Violet	Noire
	456038	13/100	EDTA K ₃	6	Papier	Violet	Noire
	455036	16/100	EDTA K ₃	9	Papier	Violet	Noire



Tubes VACUETTE® EDTA K₃ liquide



L'anticoagulant EDTA K₃ est sous forme liquide. Le tube VACUETTE® EDTA contient une solution à 8 % avec 1,8 mg d'EDTA par ml de sang. La concentration en EDTA K₃ suit les recommandations standards internationales pour les systèmes de prélèvement sanguin – ISO 6710, CLSI H01-A6.

	Référence	Taille en mm (Ø x h)	Anticoagulant	Vide (ml)	Etiquette	Couleur Bouchon	Couleur Bague
Tubes Premium	454041	13/75	EDTA K ₃ Liquide	3	Papier	Violet	Noire



Recommandations

1 Température de stockage

Recommandation : de +4 à +25°C

Remarque : Le non-respect de la température de stockage peut conduire à une dégradation de la qualité du tube. La fiche de stress est disponible, consulter notre site internet.

2 Ordre de prélèvement

L'ordre de prélèvement recommandé par Greiner Bio-One a été déterminé suite à des tests sur de multiples spécimens pendant un prélèvement sanguin simple. L'ordre de prélèvement est conforme aux standards des procédures recommandées par le CLSI H3-A6 pour tous les examens de diagnostics sanguins (6^e Édition Approuvée).

1. Hémoculture
2. Coagulation*
3. Sérum avec ou sans gel
4. Héparine avec ou sans gel

5. EDTA

6. Glucose
7. Autres

* Ne jamais prélever en premier.

Remarque 1 : Dans le cas où l'hémoculture n'est pas demandée, et dans le cas de l'utilisation d'un dispositif médical autre qu'une aiguille de prélèvement multiple, Greiner Bio-One recommande un tube neutre (sans additif).

Remarque 2 : Cet ordre a pour but d'éviter des résultats erronés dus à une contamination entre les additifs de tube.

Remarque 3 : La tolérance de +/- 10% du volume de remplissage du trait de jauge est validée par la norme ISO 6710.

3 Nombre de retournements



Le nombre de retournements des tubes est conforme aux standards des procédures recommandées par le CLSI H3-A6 pour tous les examens de diagnostics sanguins (6^e Édition Approuvée). Un nombre insuffisant ou des retournements tardifs peuvent avoir comme conséquence le retardement de la coagulation. Dans les tubes avec anticoagulants, un retournement inadéquat peut engendrer une agglutination plaquettaire avec pour conséquence des résultats incorrects.

Le prélèvement d'un tube de sang contenant comme anticoagulant de l'EDTA doit être immédiatement achevé par une homogénéisation par retournement du tube entre **8 à 10 fois**.

Remarque : Attention de ne pas retourner trop vigoureusement les tubes pour éviter une hémolyse ainsi que la formation de mousse.



4 Centrifugation

Pour l'analyse des groupages sanguins, nous préconisons pour la centrifugation :

Vitesse : $1800 \text{ g} \leq \text{g} \leq 2200 \text{ g}$

Temps : $10 \text{ min} \leq \text{t} \leq 15 \text{ min}$

Autres conditions de centrifugation possibles validées selon études, consulter notre site internet.

5 Conservation

Veuillez analyser le sang prélevé sur tube VACUETTE® EDTA K₃ dans un intervalle :

Se reporter à l'étude sur la stabilité des paramètres analytiques.

Pour le dosage des érythrocytes, leucocytes et thrombocytes :

- L'échantillon peut être **conservé à + 4°C pendant 24 heures au maximum.**

Pour l'analyse des **Groupes Sanguins** et des **RAI** :

- Le temps maximum de conservation est de **48h** entre **2°** et **8°C**.

6 Information

Cas de **thrombopénie induite à l'EDTA** : l'agglutination de plaquettes et l'adhérence de plaquettes aux polynucléaires neutrophiles peuvent parfois être observées avec la présence de l'anticoagulant EDTA lors d'un délai trop important entre l'analyse et le prélèvement. Ce problème peut être détecté par votre automate par le signalement d'une alarme.

7 Analyse

Après le prélèvement, l'échantillon doit être analysé le plus rapidement possible. Idéalement, l'analyseur utilise une aiguille « perce-bouchon ». Dans le cas contraire, veuillez analyser rapidement l'échantillon pour prévenir d'une éventuelle évaporation.