Électrode de rechange pour HI98100

HI1271

HI1271 est l'électrode de pH de rechange pour les pH-mètres **HI98100**, **HI98103** et **HI98115** Checker. Le remplacement de l'électrode pH est à la fois rapide et facile. Il suffit de dévisser l'ancienne sonde à remplacer et de visser la nouvelle sonde.

Spécifications	HI1271
Référence	Simple, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Ouverte
Électrolyte	Viscolène
Pression max.	0,1 bar
Gamme	pH: 0 à 13 pH
Température d'utilisation recommandée	0 à 50 °C
Embout	Sphérique (Ø : 3 mm)
Capteur de température	Non
Amplificateur	Non
Matériau du corps	Polypropylène
Câble	Non
Applications	Usage général
Connexion	Tête à vis



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

HANNA instruments France
Parc d'Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin
BP 133 - Lingolsheim – 67833 TANNERIES CEDEX
☎ 03 88 76 91 88 – 03 88 76 58 80
@ info@hannainstruments.fr – www.hannainstruments.fr

HANNA instruments France est certifié ISO 9001