

FICHE TECHNIQUE

Référence	540107-CER
Désignation	Etalon

Description :

- ✓ Etalon d indice de réfraction 1
- ✓ 42009 a 20c rs - pour calibration 15ml;

Unité de vente :

15 ml
