NOTE TECHNIQUE

Référence	671953X
Désignation	COMBINE LABORATOIRE ATEX SCFFG 4002 5°C ± 3°C ET -20°C, 377 LITRES


Anomalie :

- ✓ Suite avarie transport, porte du compartiment positif et écran remplacés. Quelques légers impacts sur les côtés gauche et droit. Appareil testé et fonctionnel















SCFfg 4002 Index 20A / 001
Service-Nr./No.Service: 9943414-01
R600a: 75g
86.557.779.2
LIEBHERR