

Test en cuve pour le nitrate TNT, 5-35 mg/L NO_3-N, 25 tests

Réf. produit: **LCK340**

Dangereux



Tests en cuve LCK : quantités de réactif minimales, sécurité maximale.

Réactifs prédosés pour une sécurité optimale. Simple d'utilisation et idéal pour l'évaluation photométrique, conditionné dans un boîtier entièrement équipé. Reconnu officiellement conforme aux limites autorisées. Respectueux de l'environnement grâce à une réduction des produits chimiques.

Manipulation facile et sans danger
Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce au système de cuve hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées. La verrerie utilisée garantit la plus grande précision et les cuves sont dotées d'un fond plat afin qu'elles puissent tenir debout.

Les sachets des tests en cuve LCK présentent un code couleur pour permettre de reconnaître facilement et rapidement les paramètres et les plages. Les méthodes de test illustrées et détaillées sont imprimées sur la boîte pour référence rapide.

Réduire les erreurs
Le spectrophotomètre lit automatiquement l'étiquette de code-barres unique présente sur chaque test en cuve LCK Hach lorsqu'il est utilisé avec le spectrophotomètre UV-VIS DR6000 ou le spectrophotomètre de table DR3900 de Hach, afin d'identifier la méthode appropriée et d'effectuer la mesure. L'instrument atteint en moyenne 10 lectures et rejette les valeurs extrêmes, ce qui réduit considérablement les erreurs et règle les problèmes de verrerie rayée, abîmée ou sale.

Lot après lot : obtenez des résultats fiables
Truecal, intégré à chaque cuve, comprend les données d'étalonnage pour chaque lot individuel, réduisant les écarts entre les résultats. Ceci vous permet de répondre aux normes d'établissement des rapports et d'effectuer les analyses de compétence avec un niveau de confiance plus élevé.

Durée d'utilisation documentée et certificats d'analyse
Le code-barres précise le numéro de lot et la date d'expiration des réactifs, qui sont documentés en même temps que le résultat de la mesure. Un avertissement automatique est émis si la date d'expiration est passée. Les informations précises sur le lot (certificats d'analyse) se trouvent sur l'étiquette RFID de la boîte, qui peut se lire à l'aide du spectrophotomètre DR6000 ou DR3900.

Pas de banc réactif nécessaire
La grande qualité des cuves LCK, les contrôles de la production de réactifs rigoureux, la vérification de l'étalonnage de l'instrument et la stabilité élevée de l'instrument s'associent pour éliminer la nécessité d'exécuter des bancs réactifs, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent !

Caractéristiques

Conditions de stockage:	15 à 25 °C
Conformément à la norme:	DIN 38405 D9-2, ISO 23696-1
EPA compliant:	NA
Exigences d’échantillon:	Le pH de l'échantillon d'eau doit être entre 3 - 10.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

	La température de l'échantillon d'eau et de réactifs doit être entre 20 - 24 °C (68 - 75 °F).
Instrument:	DR3900, DR4900, DR6000, DR1900
Nom de la méthode:	2,6-diméthylphénol
Nombre de tests:	25
Paramètres:	Nitrate
Plage de mesure:	5 - 35 mg/L NO_3-N
Plateforme:	LCK
Truecal:	Oui

Accessoires obligatoires

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS