

Test en cuve pour le fer (II/III) 0,2-6,0 mg/L Fe, 25 tests

Réf. produit: **LCK320** Dangereux



Tests en cuve LCK : quantités de réactif minimales, sécurité maximale.

Réactifs prédosés pour une sécurité optimale. Simple d'utilisation et idéal pour l'évaluation photométrique, conditionné dans un boîtier entièrement équipé. Respectueux de l'environnement grâce à une réduction des produits chimiques.

Manipulation facile et sans danger
Les tests en cuve LCK utilisent des Dosicaps innovants plus faciles à utiliser que les sachets de poudre ou les réactifs liquides. Il n'y a aucun risque de déversement, de contamination, de sécurité avec les Dosicaps, car les réactifs sont entièrement contenus dans le bouchon de cuve. La verrerie utilisée garantit la plus grande précision et les cuves sont dotées d'un fond plat afin qu'elles puissent tenir debout.

Les sachets des tests en cuve LCK présentent un code couleur pour permettre de reconnaître facilement et rapidement les paramètres et les plages. Les méthodes de test illustrées et détaillées sont imprimées sur la boîte pour référence rapide.

Réduire les erreurs
Le spectrophotomètre lit automatiquement l'étiquette de code-barres unique présente sur chaque test en cuve LCK Hach lorsqu'il est utilisé avec le spectrophotomètre UV-VIS DR6000 ou le spectrophotomètre de table DR3900 de Hach, afin d'identifier la méthode appropriée et d'effectuer la mesure. L'instrument atteint en moyenne 10 lectures et rejette les valeurs extrêmes, ce qui réduit considérablement les erreurs et règle les problèmes de verrerie rayée, abîmée ou sale.

Durée d'utilisation documentée et certificats d'analyse
Le code-barres précise le numéro de lot et la date d'expiration des réactifs, qui sont documentés en même temps que le résultat de la mesure. Un avertissement automatique est émis si la date d'expiration est passée. Les informations précises sur le lot (certificats d'analyse) se trouvent sur l'étiquette RFID de la boîte, qui peut se lire à l'aide du spectrophotomètre DR6000 ou DR3900.

Caractéristiques

Conditions de stockage:	2 à 8 °C (à conserver au froid)
Conformément à la norme:	DIN 38406-E1
Description:	Fer II et III
Exigences d’échantillon:	Le pH de l'échantillon d'eau doit être entre 3 - 9. La température de l'échantillon d'eau et de réactifs doit être 20 °C (68 °F).
Instrument:	DR3900, DR4900, DR6000, DR1900
Nom de la méthode:	1,10-phénanthroline
Nombre de tests:	25
Paramètres:	Fer
Plage de mesure:	0,2 - 6,0 mg/L Fe

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Plateforme: LCK

Accessoires obligatoires

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS