

Test en cuve pour les traces de nitrite 0,0015-0,03 mg/L NO_2-N, 50 tests

Réf. produit: **LCK541** Dangereux



Tests en cuve LCK : quantités de réactif minimales, sécurité maximale.

Réactifs prédosés pour une sécurité optimale. Simple d'utilisation et idéal pour l'évaluation photométrique, conditionné dans un boîtier entièrement équipé. Respectueux de l'environnement grâce à une réduction des produits chimiques.

Caractéristiques

Conditions de stockage:	2 à 8 °C
Conformément à la norme:	EN ISO 26777, DIN 38405 D10
Description:	Test en cuve pour les traces de nitrite
Exigences d'échantillon:	Le pH de l'échantillon d'eau doit être entre 3 - 10. La température de l'échantillon d'eau et de réactifs doit être entre 15 - 25 °C (59 - 77 °F).
Instrument:	DR3900, DR4900, DR6000
Nom de la méthode:	Diazotation
Nombre de tests:	50
Notes spéciales:	LCK 541 inclut un kit de réactifs et LZP341 (cuves semi-micro en plastique 50 mm, 10 pièces)
Paramètres:	Nitrite, traces
Plage de mesure:	0,005 - 0,1 mg/L NO_2
Plateforme:	LCK

Accessoires obligatoires

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS