

Agents de surface anioniques, test en cuve 0,1-4,0 mg/L, 25 tests

Réf. produit: **LCK432** Dangereux



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Les analyses aux agents de surface n'ont jamais été aussi simples et précises

La méthode aux agents de surface anioniques standard comporte plusieurs inconvénients :

*Les différentes étapes de la manipulation sont fastidieuses et complexes.

*Les gros volumes de solvants utilisés pour l'extraction constituent un risque pour la sécurité et l'environnement. *Le temps à consacrer à la manutention, l'entretien du matériel en verre et l'élimination des solvants viennent s'ajouter à un coût par test déjà important.

Une extraction en cuve standardisée et un système de mesure photométrique suppriment ces inconvénients, tout en fournissant des résultats précis et reproductibles.

Facile à utiliser
Les tests en cuve permettent d'éliminer les étapes de manutention chronophages associées à la méthode d'extraction traditionnelle. L'abondante verrerie et les fastidieuses opérations de nettoyage sont remplacées par un simple test en flacon.

Manipulation sans risque
Les risques d'exposition sont minimisés grâce à un volume de solvants nettement inférieur utilisé pour l'extraction. La production de déchets et les étapes de manutention sont réduites grâce à des petits volumes d'échantillon.

Economies
La verrerie coûteuse, le nettoyage laborieux et les coûts excessifs liés à la manutention typiques de la méthode standard sont réduits de moitié avec les tests en cuve.

Des résultats précis et reproductibles
Simples et uniformes, la préparation des échantillons et le système de mesure garantissent des résultats reproductibles et objectifs. Extraction automatisée et cuves dotées de code à barres pour garantir des mesures précises à chaque fois.

Bonne séparation des phases, même dans les échantillons à forte charge organique

---

Caractéristiques

Conditions de stockage:	15 - 25 °C
Conformément à la norme:	ISO 7875-1:1996, DIN 38409-H 23-1
Description:	Lauryl-benzène-sulfonate de sodium
EPA compliant:	NA
Exigences d’échantillon:	Le pH de l'échantillon d'eau doit être entre 4 - 9. La température de l'échantillon d'eau et de réactifs doit être entre 15 - 25 °C (59 - 77 °F).

Instrument:	DR3900, DR4900, DR6000, DR1900
Nom de la méthode:	Bleu de méthylène (MBA)
Nombre de tests:	25
Paramètres:	Surfactifs anioniques
Plage de mesure:	0.1 - 4.0 mg/L
Plateforme:	LCK
Standard method:	ISO 7875-1

Accessoires obligatoires

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS