

Test en cuve pour traces de cuivre, 0,01-1,0 mg/L Cu, 20 tests

Réf. produit: **LCK529**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tests en cuve LCK : quantités de réactif minimales, sécurité maximale.

Prêt à l'emploi, offrant une sécurité maximale, facile à manipuler, intégrant un système d'évaluation photométrique et respectueux de l'environnement

Cuves rectangulaires de 50 mm + Dosicaps pour une manipulation pratique

Précision optimale pour l'analyse de concentrations à valeur ultra-basse

Caractéristiques

Conditions de stockage:	15 - 25 °C
Description:	Traces de cuivre, test en cuve 50 mm
Digestion nécessaire:	Oui, pour le cuivre total
EPA compliant:	NA
Exigences d’échantillon:	Le pH de l'échantillon d'eau doit être entre 2,5 - 11. Des valeurs de pH non comprises dans cette plage sont à l'origine de résultats trop bas. La température de l'échantillon d'eau et des réactifs doit être de 15 à 25 °C.
Instrument:	DR3900, DR4900, DR6000
Nom de la méthode:	Acide bathocuproïne disulfonique
Nombre de tests:	20
Notes spéciales:	Pour la digestion totale du cuivre, utilisez Crack Set LCW902
Paramètres:	Cuivre, traces
Plage de mesure:	0,01 - 1,0 mg/L Cu
Plateforme:	LCK

Accessoires obligatoires

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)