DR LANGE

Programmieranleitung
CADAS 100 LPG 210

Küvetten-Test®
LCK 354

Silber gelöst

Ausgabe 94/05

Achtung! Das Ausgabedatum dieser Programmieranleitung muß mit dem Ausgabedatum der Arbeitsvorschrift der Reagenzien identisch sein. Nur so ist gewährleistet, daß Sie die korrekten Daten in Ihr Gerät einprogrammieren.

Hinweis!
Sollten Sie während der Programmierung einen Fehler machen, können Sie die letzte Eingabe durch Drücken der Taste → auf der Tastatur rückgängig machen.

Die Eingabezeichen R‡ und L‡ bezeichnen die rechte und linke ‡ Taste.

Programmierung von LCK 354 Silber

- Programm **PRG** (Programmierung eines Testes) anwählen.

Silber gelöst Display-Anzeige		Eingabe	
Programmnummer:		z. B. 1	↵
Symbol:		L‡ 354	↵
Name:		Silber	↵
Pro:	1 2 3 STA FPRG	Taste unter 1 anwählen	
W:	λ = nm	570	↵
Faktor: 1 =		1.382	↵
Konstante:		– 0.093	↵
Einheit:		mg L‡ / R‡ l	↵
Meßbereichsgrenzen:	JA NEIN	Taste unter JA anwählen	
Untere Grenze:		0.04	↵
Obere Grenze:		0.80	↵

Die komplette Dateneingabe wird auf dem Drucker dokumentiert. Die vollständige Übernahme in den Speicher wird durch den Ausdruck **»gespeichert«** bestätigt.

Bitte vergleichen Sie den Ausdruck nochmals mit den einzugebenen Daten.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DR LANGE

Programming instructions
CADAS 100 LPG 210

Cuvette Test LCK 354

Silver dissolved

Edition 94/05

Attention! The edition date of this programming instruction must be identical to the edition date of the intruction attached to the reagents. This is the only way to ensure that your instrument will be programmed with the correct data.

Please note!
If you make an error during programming, you can cancel the last entry by pressing the key [→] on the keyboard.

The input symbols [R‡] and [L‡] indicate the right and left [‡] keys respectively.

Programming of LCK 354 Silver

- Select the program **PRG** (programming of a test).

Silver dissolved Display						Input via the keyboard	
Program number:						for example 1	↵
Symbol:						[L‡] 354	↵
Name:						Silver	↵
Pro:	1	2	3	STA	FPRG	Press function key below 1	
W:	λ = nm					570	↵
Factor: 1 =						1.382	↵
Constant:						– 0.093	↵
Unit:						mg [L‡] / [R‡] l	↵
Measuring limit:	YES	NO				Press function key below YES	
Lower limit:						0.04	↵
Upper limit:						0.80	↵

All data entries are documented on the printer; their transfer to storage is confirmed by the printer message **»stored«**.

You should check the printed data to ensure that all entries are correct.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DR LANGE

Instructions de programmation
CADAS 100 LPG 210

Test en Cuve LCK 354

Argent dissous

Edition 94/05

Attention! La date d'édition de ces instructions doit être identique à celle du mode d'emploi des réactifs. Dans ce cas seulement, vous êtes assurés d'entrer les bonnes données dans votre appareil.

Conseil!
En cas d'erreur durant la programmation, vous pouvez revenir sur la dernière entrée en utilisant la touche [→] sur le clavier.

Les touches d'édition [R‡] et [L‡] servent de touche droite et gauche [‡].

Programmation du LCK 354 Argent

- Sélectionner le programm **PRG** (pour programmer un test).

Argent dissous Display		Commande sur le clavier	
Numéro du programme:		par exemple 1	[↵]
Symbole:		[L‡] 354	[↵]
Nom:		Argent	[↵]
Pro:	1 2 3 STA FPRG	Appuyer sur la touche 1	
W:	λ = nm	570	[↵]
Facteur: 1 =		1.382	[↵]
Constante:		– 0.093	[↵]
Unité:		mg [L‡] / [R‡] l	[↵]
Limites de mesure:	OUI NON	Appuyer sur la touche OUI	
Limite inférieure:		0.04	[↵]
Limite supérieure:		0.80	[↵]

L'ensemble des données est imprimé. Le transfert complet des données dans la mémoire est confirmé par le message **»mémorisé«**.

Vérifiez que les données imprimées correspondent bien à celles que vous avez entrées.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS