Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- Tests en cuves rondes NANOCOLOR DCO 1500


Référence

- 780297

Unité de vente : 20



Description



- Tests en cuves rondes NANOCOLOR
- Tests en cuves rondes pour la détermination de la DCO. Tests rapides précis pour tous les types d'échantillons d'eau et d'eaux usées en accord avec la norme ISO 15705. Analyse rapide et fiable avec nos photomètres NANOCOLOR.
- Domaine de mesure DCO - 100–1500 mg/L O_2
- Minéralisation des boues d'épuration Non
- Test n°. 0-29
- Evaluation sur 500 D, Advance, PF-3 COD, PF-12Plus, UV/VIS II, VIS II
- Basé sur la norme Conformément à DIN ISO 15705 – H45, Analogue à EPA 410.4, APHA 5220 D, DIN 38409 – H41-1
- Méthode DCO - Dichromate de potassium
- NanOx N Non
- NanOx Métal Non
- Set de minéralisation Non
- Analyse de l'eau de mer Non
- Remarque Domaine de mesure pour le modèle NANOCOLOR VIS II
- Stabilité (à partir de la production) 1 An(s)
- Température de stockage 15–25 °C
- Contenu : Boîte solide avec 20 cuves rondes. Suffisant pour 20 déterminations.
- Substances dangereuses Oui