FICHE TECHNIQUE

Référence	780299
Désignation	Test en tube nanocolor 985026 pour dco 15-160mg/l



Description :

- ✓ Tests en cuves rondes pour la détermination de la DCO. Tests rapides précis pour tous les types d'échantillons d'eau et d'eaux usées en accord avec les norm ISO 15705.
- ✓ Marque NANOCOLOR
- ✓ Domaine de mesure : DCO - 15–160 mg/L O_2
- ✓ Test n°. 0-26
- ✓ Basé sur la norme : Conformément à DIN ISO 15705 – H45, Analogue à EPA 410.4, APHA 5220 D, DIN 38409 – H41-1
- ✓ Méthode DCO - Dichromate de potassium
- ✓ NanOx N : Non. NanOx Métal : Non.
- ✓ Minéralisation des boues d'épuration : Non.
- ✓ Analyse de l'eau de mer : Non
- ✓ Evaluation sur photomètre : 500 D, Advance, PF-3 COD, PF-12Plus, UV/VIS II, VIS II
- ✓ Set de minéralisation : Non
- ✓ Stabilité (à partir de la production) : 1 an
- ✓ Température de stockage 18−25 °C
- ✓ Contenu : Boîte solide avec 20 cuves rondes. Suffisant pour 20 déterminations
- ✓ Substances dangereuses Oui

Unité de vente :

20 Tests

DOCUMENT DUTSCHER SAS