Baxter

EAU STÉRILE POUR IRRIGATION

fre

Mode d'emploi des solutions pour irrigation en poches UROMATIC

Description

Les poches UROMATIC contiennent des solutions pour irrigation stériles et apyrogènes.

Composition

Voir l'étiquette sur la poche.

Utilisations

Cette solution est conçue pour être utilisée comme solution pour irrigation lors d'interventions urologiques et présente de bonnes qualités optiques afin d'assurer un degré élevé de visibilité lors des examens cystoscopiques.

Après une intervention chirurgicale, cette solution peut être utilisée comme solution pour irrigation afin d'éliminer les fragments de tissu et le sang et d'assurer la perméabilité du cathéter.

Avertissements

1. Les solutions en poches UROMATIC sont uniquement destinées à l'irrigation. Ne pas injecter ni perfuser par les voies parentérales habituelles.
2. Ne pas utiliser pour la résection transurétrale de la prostate.
3. Ne pas utiliser lors d'interventions électro-chirurgicales.
4. N'utiliser que si la solution est limpide et la poche intacte.
5. Ne pas dégazer.
6. Les liquides pressurisés contenus dans des poches souples en plastique peuvent entraîner une embolie gazeuse si l'air résiduel contenu dans la poche n'est pas entièrement évacué avant utilisation.
7. Ne pas chauffer la poche au-delà de 65 °C.
8. Il est déconseillé de réchauffer les liquides au four à micro-ondes.
9. La solution ne doit pas être prise par voie orale.
10. L'eau stérile est hypotonique avec une osmolarité de 0 mOsm/l et peut provoquer une hémolyse.
11. Seulement à usage unique. La solution doit être utilisée immédiatement après ouverture. Jeter toute solution non utilisée. La réutilisation de la solution résiduelle peut compromettre la stérilité ou la pyrogénicité du produit.
12. Des traitements médicaux multiples ou prolongés peuvent accroître le taux d'exposition aux phtalates des patients. Il convient d'être particulièrement prudent avec les patients potentiellement sensibles, tels que les nouveau-nés de sexe masculin et les femmes enceintes ou allaitantes.

Effets indésirables

L'absorption de solutions pour irrigation (par une perforation, une plaie ouverte ou une cavité du corps) peut entraîner des complications incluant, sans s'y limiter, une surcharge liquidienne, une hyponatrémie, une hypo-osmolalité, un œdème cérébral, une encéphalopathie, un œdème pulmonaire, une hémolyse massive, une rhabdomyolyse, une insuffisance rénale et une hyperkaliémie, ainsi que leurs manifestations et complications secondaires.
Le développement de ces complications dépend de facteurs tels que le débit, le volume, la pression et la durée de l'irrigation et peut survenir après la fin de l'irrigation.


Une surveillance particulièrement attentive pendant et après la procédure est nécessaire chez les patients présentant un risque accru de développement d'un syndrome de surcharge liquidienne (p. ex. les patients insuffisants rénaux ou cardiaques ou atteints d'autres pathologies associées à des états œdémateux) et chez les patients présentant un risque accru de développer une encéphalopathie hyponatrémique tels que les enfants, les femmes pré-ménopausées, les patients atteints d'hypoxie ou les patients souffrant d'une pathologie du système nerveux central.

En cas d'absorption cliniquement significative d'eau stérile, les patients doivent être examinés et des mesures correctives doivent être mises en place selon les indications. Une intervention immédiate peut être nécessaire pour éviter les issues fatales ou une morbidité irréversible.

DOMINIQUE DUESCHER

Mode d'emploi

- Ouvrir le suremballage, déchirer à partir de l'encoche (ne pas retirer la poche du suremballage avant d'être prêt à l'utiliser).
- Suspendre la poche par l'oeillet.
- Retirer le protecteur de l'orifice de sortie (I).
- Fermer le clamp de contrôle du nécessaire d'irrigation et insérer à fond le raccord du nécessaire dans l'orifice en utilisant une technique aseptique.
- Continuer en suivant les instructions du nécessaire d'irrigation.



PHT
DEHP

Contient des phtalates : DEHP (phtalate de bis (2-éthylhexyle))

Baxter et Uromatic sont des marques déposées de Baxter International Inc.

DOMINIQUE DUTSCHER

CE 0123

STERILE

25°C

Baxter Healthcare SA
8010 Zurich
Switzerland

Made in U.K.
01/2014
TH-30-01-679