dominique Dutscher
Matériel pour laboratoires et industries

ClearLine®

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : 713116

Retrouvez les constats de vérification des pointes ClearLine® avec vos micropipettes sur :
www.dutscher.com/clearline

ISO 8655 — La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.

CE — Conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par les directives européennes.

IVD — Certificat attestant de la conformité des produits pour l'utilisation en technique d'In Vitro Diagnostic (IVD).

Référence	**713116**
Description	Pointes à filtre ClearLine® graduées 100 µl *Low Binding – faible rétention*
Conditionnement	10 x 96 pointes, sur rack à charnières
Matériau	Pointes en polypropylène vierge naturel
Filtre	Oui
Stérilité	Oui (e-beam)
Compatibilité	Universelle
Autoclavabilité	Non
Stockage	Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante.
Contrôle Qualité	Chaque lot est certifié: RNase,DNase-free, exempt d'ADN humain, d'endotoxines et de pyrogènes
Traçabilité	Sur chaque rack: un numéro de lot à 5 chiffres, la référence et la volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration.

RNase DNase — Endo-toxine — ADN Humain — Pyrogènes



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Dominique Dutscher SAS 30 rue de l'Industrie ZAC BRUMATH NORD BP62 67172 BRUMATH CEDEX
Tél : +33 (0)3 88 59 33 90 Fax : +33 (0)3 88 59 33 99 Mail : info@dutscher.com Web : www.dutscher.com