

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : 713117



Retrouvez les constats de vérification des pointes ClearLine®
avec vos micropipettes sur :
www.dutscher.com/clearline



La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



Conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par les directives européennes.



Certificat attestant de la conformité des produits pour l'utilisation en technique d'In Vitro Diagnostic (IVD).

Référence	713117
Description	Pointes à filtre ClearLine® graduées 200 µl <i>Low Binding – faible rétention</i>
Conditionnement	10 x 96 pointes, sur rack à charnières
Matériau	Pointes en polypropylène vierge naturel
Filtre	Oui
Stériorité	Oui - par électron
Compatibilité	Universelle
Autoclavabilité	Non
Stockage	Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante.
Contrôle Qualité	Chaque lot est certifié: RNase, DNase-free, exempt d'ADN humain, d'endotoxines et de pyrogènes.
Traçabilité	Sur chaque rack: un numéro de lot à 5 chiffres, la référence et la volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration.



Filter Tip

