dominique Dutscher
Matériel pour laboratoires et industries

ClearLine®

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : 713135

Photo non-contractuelle

ISO 8655 — La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.

CE — Conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par les directives européennes.

IVD — Certificat attestant de la conformité des produits pour l'utilisation en technique d'In Vitro Diagnostic (IVD).

Référence	713135
Description	Pointes ClearLine® longues, graduées 10 µl
Conditionnement	10 x 96 pointes, sur rack à charnières
Matériau	Pointes en polypropylène vierge naturel
Filtre	Non
Low Retention	Non
Stérilité	Oui
Compatibilité	Universelle
Autoclavabilité	Oui
Stockage	Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante.
Contrôle Qualité	Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
Traçabilité	Un numéro de lot à 5 chiffres, la référence et la volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration.

RNase DNase — Endo-toxine — ADN Humain — Pyrogènes



Dominique Dutscher SAS 30 rue de l'Industrie ZAC BRUMATH NORD BP62 67172 BRUMATH CEDEX
Tél : +33 (0)3 88 59 33 90 Fax : +33 (0)3 88 59 33 99 Mail : info@dutscher.com Web : www.dutscher.com