

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : **713147**



Photo non-contractuelle

Retrouvez les constats de vérification des pointes ClearLine® avec vos micropipettes sur : www.dutscher.com/clearline



La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



Conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par les directives européennes.



Certificat attestant de la conformité des produits pour l'utilisation en technique d'In Vitro Diagnostic (IVD).

Référence	713147
Description	Pointes ClearLine® longues, graduées 10 µl
Conditionnement	10 x 96 pointes
Matériau	Pointes en polypropylène vierge naturel
Filtre	Non
Low Retention	Oui
Stérilité	Non
Compatibilité	Universelle
Autoclavabilité	Oui
Stockage	Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante.
Contrôle Qualité	Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
Traçabilité	Un numéro de lot à 5 chiffres, la référence et la volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration.

