

## FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

**713269**




La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



### Pointes ClearLine

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- ✓ Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- ✓ Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration
- ✓ Pointe type universelle, veuillez vérifier la compatibilité sur [www.dutscher.com](http://www.dutscher.com)

Référence	713269
Conditionnement	Recharge pour Multirack
Volume	200 µl
Graduation	10, 50, 100
Longueur	51,44 mm
Couleur	naturel
Filtre	non
Low Retention	non
Stérilité	non
Autoclavable	Oui



Unités :

960 pointes