

<b>Référence</b>	775049X
<b>Désignation</b>	Bloc chauffant Hach Lange avec 1 bloc pour 9 tubes diamètre 16mm et 2 tubes diamètre 20mm

## Anomalie :

- ✓ Appareil de démo, état comme neuf





ISO 9001 Certified

Be Right™

Document of Final Inspection  
Prüfprotokoll DRB200  
résultats de la procédure de contrôle

Type,	Gerätetyp, type:	LTG082.xx.30003
Serial no.,	Gerätenummer, n°d'appareil:	20120C0094
Version of software,	Softwareversion, version de software:	V1.3.5
Power supply,	Stromversorgung, alimentation secteur:	o.k.
Display,	Anzeigeelement, écran:	o.k.
Function keys,	Funktionstasten, touches de cuves:	o.k.
Cuvette compartment,	Küvettenaufnahme, compartiment de cuves:	o.k.
Timer,	Timer, minuterie:	o.k.

Temperature,	Temperatur, temperature:	o.k.
Left block,	linker Block, bloc de gauche:	OK
Nominal value,	Sollwert, valeur prévue:	100°C      148°C
Tolerance,	Toleranz, tolérance:	+/- 2°C      +/- 2°C
Actual value,	Istwert, valeur réelle:	100°C      148°C
Right block,	rechter Block, bloc de droite:	
Nominal value,	Sollwert, valeur prévue:	
Tolerance,	Toleranz, tolérance:	
Actual value,	Istwert, valeur réelle:	

Date,	Datum, date:	06.12.2020
Inspector,	Prüfer, opérateur:	Wangyouming
Sign,	Unterschrift, signature:	

Please add this certificate to your documents.  
Bitte verwahren Sie dieses Zertifikat bei Ihren Unterlagen auf.  
S'il vous plaît, conservez scrupuleusement ce certificat dans vos archives.