


**-ebro-**  
a xylem brand



Thermometer  
Thermometer  
Thermomètre

TFX Serie



## Inhalt

Übersicht .....	4
Sicherheitshinweise .....	6
Auspacken / Lieferumfang.....	8
Bedienung .....	10
Gerät ein-/ausschalten.....	10
Anzeige.....	12
Temperatur messen .....	12
User-Menü .....	14
Messwertspeicher (TFX 420/430).....	22
Messfühler wechseln .....	24
Batterie austauschen .....	26
Was tun, wenn.....	30
Wartung und Entsorgung .....	32
Reinigung.....	32
Entsorgung .....	32
Kalibrierservice .....	32
Technische Daten .....	34
Zulassungen .....	36
Betrieb.....	36

## Contents

Overview .....	5
Safety instructions .....	7
Unpacking / scope of delivery .....	9
Operation.....	11
Switching the device on/off.....	11
Display.....	13
Measuring temperature .....	13
User menu .....	15
Measured data storage (TFX 420/430)...	23
Changing the sensor .....	25
Changing the battery .....	27
What to do, if... .....	31
Maintenance and disposal.....	33
Cleaning .....	33
Disposal.....	33
Calibration service .....	33
Technical data.....	35
Approvals.....	37
Operation.....	37

## Sommaire

Vue d'ensemble.....	5
Consignes de sécurité.....	7
Déballage / pièces livrées.....	9
Utilisation.....	11
Activation/désactivation de l'appareil... ..	11
Affichage .....	13
Mesurer la température.....	13
Menu User .....	15
Enregistreur de mesures (TFX 420/430)..	23
Changer le sonde .....	25
Changer la batterie.....	27
Que faire, quand.....	31
Entretien et mise au rebut.....	33
Nettoyage .....	33
Elimination.....	33
Service de calibrage.....	33
Données techniques .....	35
Homologations .....	37
Opération.....	37

## Übersicht

Das Präzisions-Thermometer ist ein handliches, wasserdichtes und mit einer austauschbaren Lithiumbatterie betriebenes Temperaturmessgerät für vielfältige Mess- und Kontrollaufgaben im Labor und in der Industrie.

Die Elektronik wird durch einen Mikroprozessor gesteuert. Dies garantiert eine hohe Messgenauigkeit und Linearität über den gesamten Messbereich.


An die Thermometer TFX 410-1 und TFX 430 können Sie verschiedene ebro-Fühler anschließen. Dabei wählen Sie den Fühler aus, der Ihrer messtechnischen Aufgabe optimal gerecht wird. Beim TFX 410 ist der Fühler fest angeschlossen.

Elemente des Gerätes TFX 410:

- 1 Display (LCD)
- 2 Taste ON/OFF
- 3 Taste wird nur für das User-menü benötigt
- 4 Taste wird nur für das User-menü benötigt
- 5 Taste wird nur für das User-menü benötigt
- 6 Fühler

Elemente des Gerätes TFX 420/430:

- 1 Display (LCD)
- 2 Taste ON/OFF
- 3 Taste MIN/MAX / User Menü
- 4 Taste HOLD / User Menü
- 5 Taste CLR / User Menü
- 6 Fühler



## Overview

Powered by a replaceable lithium battery, the precision thermometer is a handy, watertight temperature measurement device for a whole range of measurement and control applications in the laboratory and in industry.

A micro-processor controls the electronics, guaranteeing maximum measurement precision and linearity over the entire measurement range.

You may attach a range of ebro sensors to the thermometer TFX 410-1 and TFX 430, selecting the one most suitable for your technical measurement application. With the TFX 410 the probe is firmly attached.

TFX 410 device elements:

- 1 Display (LCD)
- 2 Key ON/OFF
- 3 Key required only for the user menu
- 4 Key required only for the user menu
- 5 Key required only for the user menu
- 6 Probe

TFX 420/430 device elements:

- 1 Display (LCD)
- 2 Key ON/OFF
- 3 Key MIN/MAX / User menu
- 4 Key HOLD / User menu
- 5 Key CLR / User menu
- 6 Probe

## Vue d'ensemble

Ce thermomètre de précision est un instrument maniable et étanche alimenté par une pile au lithium échangeable, destiné à de multiples prises de mesures et tâches de contrôle au laboratoire et dans l'industrie.

L'électronique est commandée par un microprocesseur. Ceci garantit des valeurs exactes et linéaires sur toute la plage de mesures.

Vous pouvez connecter différentes sondes ebro à ce thermomètre TFX 410-1 et TFX 430. Choisissez toujours la sonde la mieux adaptée aux conditions techniques de votre prise de mesures. Le TFX 410 est un modèle avec une sonde fixe.

Composants de l'appareil TFX 410:

- 1 Affichage (LCD)
- 2 Touche ON/OFF
- 3 La touche est uniquement nécessaire pour le menu User
- 4 La touche est uniquement nécessaire pour le menu User
- 5 La touche est uniquement nécessaire pour le menu User
- 6 Sonde

Composants de l'appareil TFX 420/430:

- 1 Affichage (LCD)
- 2 Touche ON/OFF
- 3 Touche MIN/MAX / menu User
- 4 Touche HOLD / menu User
- 5 Touche CLR / menu User
- 6 Sonde

## Sicherheitshinweise



Setzen Sie das Gerät niemals hohen Temperaturen ( $> 60\text{ °C}$  /  $140\text{ °F}$ ) aus!

Messen sie mit dem Gerät und externen Fühlern niemals an spannungsführenden Teilen!

Messen Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Betreiben Sie das Gerät nur inner halb der in den Technischen Daten vorgegebenen Parametern.

Öffnen Sie das Gerät nur, wenn dies zu Wartungszwecken ausdrücklich in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.

Wenden Sie niemals Gewalt an!

Geben Sie leere Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.

Senden Sie das Gerät nach Ende der Nutzungszeit direkt an uns. Wir sorgen für eine umweltgerechte Entsorgung.

### Vorsichtsmaßnahmen

Das Thermometer TFX muss vor folgenden Einflüssen geschützt werden:

- Statischer Elektrizität,
- Thermischer Schock verursacht durch große oder plötzliche Temperaturänderungen – Gerät vor Gebrauch 30 Minuten lang stabilisieren lassen,
- Gerät nicht auf oder in der Nähe von heißen oder sehr kalten Objekten aufbewahren.

## Safety instructions



Never expose the device to high temperatures (> 60 °C / 140 °F)!

Under no circumstances measure live components with this device and external sensors.

Do not use the device in explosion endangered areas!

The instrument should only be operated within the parameters specified in the Technical data.

The instrument should only be opened if expressly described in the instruction manual for maintenance purposes.

Force should never be applied.

Please dispose exhausted batteries according environment regulations.

You can return the instrument directly to us at the end of its service life. We shall recycle it according rules.

### Cautions

The thermometer TFX should be protected from the following:

- Electrostatic discharge,
- Thermal shock caused by large or abrupt ambient temperature changes — allow 30 minutes for unit to stabilize before use when exposed to thermal shock,
- Do not leave the unit on or near objects of high temperature.

## Consignes de sécurité



N'exposez pas l'instrument à de hautes températures (> 60 °C / 140 °F)!

N'effectuez jamais de mesures avec l'appareil et les sondes externes sur des éléments sous tension!

N'utilisez pas l'instrument en atmosphère explosive!

Utilisez l'instrument seulement selon les paramètres spécifiés dans les Caractéristiques techniques.

Ouvrez l'instrument seulement si explicitement décrit dans le mode d'emploi pour but de la maintenance.

Utilisez l'instrument sans le forcer.

Débarrassez-vous des piles vides selon les réglementations de l'environnement.

Vous pouvez nous retourner l'instrument directement à la fin de sa vie de service. Nous recyclons l'instrument selon les règlements en vigueur.

### Précautions

Le thermomètre TFX doit être protégés contre:

- l'électricité statique,
- Les chocs thermiques causés par d'importants ou de brusques changements de température - laissez le thermomètre se stabiliser pendant 30 minutes avant de l'utiliser,
- Ne laissez pas le thermomètre sur ou à proximité d'objets à température élevée

## Auspacken / Lieferumfang

Überprüfen Sie nach dem Erhalt die Geräteverpackung und den Inhalt auf Unversehrtheit. Überprüfen Sie außerdem, ob der Inhalt der Geräteverpackung Ihrer Bestellung entspricht.

### Lieferumfang

Im Lieferumfang sind folgende Teile enthalten:

- Thermometer mit Messfühler
- Diese Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat

Daneben können in der Lieferung verschiedene Zubehörteile enthalten sein.

### Mögliches Zubehör

Fühler in verschiedenen Ausführungen auf Anfrage.

Beschreibung	Bezeichnung
Kunstlederetui, lang	AG120
Koffer	AG130
Schutzhülle	AG140
Kunststoffhalterung	AG150
Edelstahlhalterung	AG160
Batteriewechselset	AG170
Verlängerungskabel Silikon 1,0 m	AX110

Sollten Sie Grund zu einer Beanstandung haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.



## Unpacking / scope of delivery

Check the device packaging and contents to ensure it is complete and undamaged. You must also check that the contents of the packaging match your order.

### Scope of delivery

The delivery includes these parts:

- Thermometer with sensor
- This user manual
- Calibration certificate

The delivery may also include various accessories.

### Possible accessory items

Probes in various specs available on request.

Description	Identification
Artificial leather case, long	AG120
Portable case	AG130
Protective casing	AG140
Synthetic material mount	AG150
Wall mount, stainless steel	AG160
Battery changing set	AG170
Silicone extension wire 1.0 m	AX110

If you have any reason for complaint, do not hesitate to contact us. You will find our contact data on the back of this manual.

## Déballage / pièces livrées

Veillez vérifier dès réception que l'emballage et son contenu sont complets et intacts. Vérifiez également si le contenu de l'emballage correspond bien à votre commande.

### Éléments contenus dans l'emballage

Les éléments suivants sont fournis dans l'emballage:

- Thermomètre avec capteur
- La présente manuel d'utilisation
- Le certificat de calibrage

Différents accessoires peuvent en outre être fournis.

### Accessoires possibles

Sondes disponibles sur demande en différentes versions.

Description	Désignation
Etui en similicuir, long	AG120
Coffret	AG130
Enveloppe de protection	AG140
Support plastique	AG150
Support acier inox	AG160
Set de change de pile	AG170
Cable de prolongation silicone 1,0 m	AX110

En cas de réclamation, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez les renseignements correspondants au dos de ce manuel.

## Bedienung

### Gerät ein-/ausschalten

- Zum Einschalten des Thermometers muss die Taste ON/OFF (2) etwa eine Sekunde gedrückt werden.

Das Gerät führt zunächst einen Systemtest durch, wobei auch alle bei dem Thermometertyp verwendeten Segmente etwa 1 Sekunde lang in der Anzeige sichtbar werden.

Nach diesem automatischen Test schaltet das Thermometer in den Messmodus und der erste Messwert in °C wird angezeigt. Das Thermometer ist nun messbereit.

Wird im Display eine Fehlermeldung angezeigt, beachten Sie bitte die Seite 30, „Was tun, wenn....“

- Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste ON/OFF.

## Operation

### Switching the device on/off

- To switch the thermometer on, keep key ON/OFF (2) pressed for approx. 1 second.

The device performs a system test first, displaying all segments used by this thermometer model for approx. 1 second.

After the automatic test, the thermometer switches to measuring mode and the first measurement reading is displayed in °C. The thermometer is now ready for use.

If an error message is displayed, please refer to page 31, "What to do, if...".

- To turn the device off, press the ON/OFF key.

## Utilisation

### Activation/désactivation de l'appareil

- Pour allumer le thermomètre, la touche ON/OFF (2) doit être pressée pendant environ une seconde.


L'appareil réalise en premier lieu un test du système, pendant lequel tous les segments employés selon le type de thermomètre s'affichent pendant environ 1 seconde.

Après ce test automatique, le thermomètre s'éteint en mode de mesure et la première valeur mesurée en °C s'affiche. Le thermomètre est maintenant prêt à fonctionner.


Si un message d'erreur s'affiche, consultez la page 31, «Que faire, quand...».

- Appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre l'appareil.

TFX 410



TFX 420/430



TFX 430



## Anzeige

Die notwendigen Informationen werden auf einem LCD (Liquid Crystal Display) angezeigt.

Die einzelnen Symbole haben die folgende Bedeutung:

- 1 Anzeige für aktuelle Messwerte
- 2 Batteriezustandsanzeige
- 3 Trendanzeige positiv
- 4 Minuszeichen (negativer Messwert)
- 5 Trendanzeige negativ
- 6 Anzeige für gespeicherte Messwerte und Texte

Bei aktivierter Sonderjustage wird im Display kurz „SCAL“ eingeblendet.

## Temperatur messen

- Legen Sie im User-Menü die von Ihnen benötigte Maßeinheit °C oder °F fest.
- Positionieren Sie den Messfühler.

**HINWEIS:** Setzen Sie den Messfühler immer bestimmungsgemäß ein. Nur so vermeiden Sie Fehlmessungen.

- Warten Sie bis sich der Messwert stabilisiert hat. Als Trendanzeige erscheint ein auf der Spitze stehendes Dreieck für abnehmende (4) Temperaturen und ein auf der Basis stehende Dreieck für zunehmende (3) Temperaturen.
- Ist eine Stabilität des Messwertes erreicht, erlischt die Trendanzeige.
- Ist die Messung beendet, schalten Sie das Gerät mit ON/OFF aus.

## Display

All necessary information is displayed on an LCD (Liquid Crystal Display).

The individual symbols have the following meanings:

- 1 Display for current measured values
- 2 Battery status indicator
- 3 Trend display positive
- 4 Minus sign (negative measured values)
- 5 Trend display negative
- 6 Stored measurement and text display

If special adjustment is activated "SCAL" will be shown in display for a short while

## Measuring temperature

- Select the required unit of measurement, °C or °F, from the user menu.
- Position the measuring sensor.

NOTE: Use the measuring sensor only as intended so as to eliminate erroneous measurements.

- Wait until the measured value has stabilised. The trend display shows a downward pointing triangle for decreasing (4) temperatures and an upward-pointing triangle for increasing (3) temperatures.
- The trend display disappears once the measurement value becomes stable.
- Switch the device off with ON/OFF when measurements are complete.

## Affichage

Les informations utiles s'affichent sur le LCD (Liquid Crystal Display).

Les symboles ont la signification suivante:

- 1 Affichage des valeurs mesurées actuelles
- 2 Etat de charge de la pile
- 3 Indicateur de tendance positif
- 4 Signe moins (valeur mesurée négative)
- 5 Indicateur de tendance négatif
- 6 Affichage des valeurs mesurées et des textes mémorisés

Si l'ajustement spécial est activé «SCAL» sera montré dans l'affichage pour un short tandis que.

## Mesurer la température

- Fixez dans le menu User l'unité de mesure souhaitée (°C ou °F).
- Mettez la sonde en position.

REMARQUE: N'employez la sonde que conformément aux usages prévus. Vous éviterez ainsi tout risque de fausse mesure.

- Attendez que la valeur mesurée soit stabilisée. Les symboles suivants s'affichent pour indiquer la tendance: un triangle avec la pointe vers le bas pour les températures décroissantes (4) et un triangle avec la pointe vers le haut pour les températures croissantes (3).
- Quand la valeur mesurée se stabilise, l'indicateur de la tendance s'éteint.
- À la fin de la mesure, éteignez l'instrument en appuyant sur ON/OFF.

## User-Menü

Um die Geräteeinstellung zu ändern, müssen Sie das User-Menü aufrufen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist
- ON/OFF-Taste (2) drücken und gedrückt halten. Der Segmenttest erscheint für etwa 1 Sekunde.
- Sobald am Display der Gerätetyp „TFX“ angezeigt wird, muss die ON/OFF-Taste (2) losgelassen werden.
- Danach die untere Taste solange gedrückt halten, bis am Display „USER“, gefolgt von „MENU“, angezeigt wird.

Das Gerät befindet sich nun im Konfigurationsmodus und zeigt das User-Menü an. Dies besteht aus den Menüpunkten UNIT, SHDWN und RATE, ALARM, AL LO, AL HI, und SCAL.

### Menübedienung

- Mit der rechten Taste (4) kann der jeweils nächste Menüpunkt angewählt werden.
- Mit der linken Taste (3) kann der jeweils vorangehende Menüpunkt angewählt werden.
- Mit unteren Taste (5) wird die gewählte Menüoption ausgeführt und gespeichert.
- Mit der ON/OFF-Taste (2) kann das Menü verlassen werden. Das Gerät schaltet sich ab.

## User menu

You must call up the User-Menu to change the device setting. For this, proceed as follows:

- Make sure that the device is switched off
- Press ON/OFF key (2) and keep depressed. The segment test is displayed for approx. 1 second.
- Release the ON/OFF key (2) as soon as device model "TFX" is displayed.
- Then keep the lower key depressed until "USER", followed by "MENU" is displayed.

The device is now in configuration mode and displays the User Menu. This consists of the menus UNIT, SHDWN and RATE, ALARM, AL LO, AL HI and SCAL.

### Menu operation

- Select the next menu option with the right key (4).
- Select the previous menu option with the left key (3).
- Carry out and store the current menu option with the down key (5).
- Exit the menu with the ON/OFF key (2). The device switches itself off.

## Menu User

Pour modifier le réglage de l'appareil, vous devez accéder au menu utilisateur. Pour ce faire, procédez comme suit:

- Condition préalable: L'appareil doit être désactivé
- Appuyez sur la touche ON/OFF (2) et tenez-la pressée. Le test des segments s'affiche environ 1 seconde.
- Dès que le type de l'appareil «TFX» s'affiche sur le display, relâchez la touche ON/OFF (2).
- Appuyez ensuite sur la touche inférieure et tenez-la appuyée jusqu'à ce que «USER» puis «MENU» s'affichent sur le display.

L'appareil est maintenant en mode de réglage et affiche le menu utilisateur. Ce dernier est constitué des options UNIT, SHOWN et RATE, ALARM, AL LO, AL HI et SCAL.

### Utilisation du menu

- La touche droite (4) permet de sélectionner le prochain point du menu.
- La touche gauche (3) permet de retrouver le point précédent du menu.
- La touche inférieure (5) permet de développer l'option sélectionnée du menu, celle-ci sera également mémorisée.
- La touche ON/OFF (2) permet de quitter le menu. L'appareil s'éteint automatiquement.

**Beschreibung der Menüpunkte:****UNIT**

aktive Temperatureinheit, umschaltbar von °C auf °F

**SHDWN**

Automatische Abschaltung nach 2 Stunden Betriebsdauer

- ON = Abschaltung aktiviert
- OFF = Abschaltung deaktiviert

**HINWEIS:**

Um die Batterielebensdauer zu verlängern, ist die automatische Abschaltung zu aktivieren. Wollen Sie jedoch Langzeitmessungen mit dem TFX 420 / 430 durchführen, ist die Abschaltung zu deaktivieren.

**RATE**

Messtakt in Sekunden, einstellbar von 1...15 Sekunden. Der angezeigte Wert entspricht dem eingestellten Messtakt in Sekunden.



## English

### Description of the menu points:

#### UNIT

active temperature unit, switchable between °C and °F

#### SHDWN

Automatic shutdown after 2 hours of operation

- ON = shutdown activated
- OFF = shutdown de-activated

#### NOTE:

Activate automatic switch-off to extend battery life. Deactivate the automatic switch-off if prolonged measurements are required with the model TFX 420 / 430.

#### RATE

Measurement frequency in seconds, adjustable from 1...15 seconds. The value displayed is the preset measurement frequency in seconds.

## Français

### Signification:

#### UNIT

unité de température active, commutable de °C en °F

#### SHDWN

Désactivation automatique au bout de 2 heures de fonctionnement

- ON = Désactivation activée
- OFF = Désactivation désactivée

#### REMARQUE:

Pour prolonger la durée de vie des piles, activez l'arrêt automatique. Si en revanche vous désirez effectuer des mesures sur de longues durées, veuillez désactiver l'arrêt automatique.

#### RATE

Fréquence de mesure en secondes, réglable de 1...15 secondes. La valeur affichée correspond à la fréquence de mesure en secondes programmée.

**ALARM (nur beim TFX 430)**

Ein-/Ausschalten der Alarmfunktion

- ON = Alarmfunktion eingeschaltet
- OFF = Alarmfunktion ausgeschaltet
- Mittlere Taste drücken = Ein-/Ausschalten der Alarmfunktion

**AL LO (nur beim TFX 430)**

Untere Grenze des gewünschten Bereichs

- Mittlere Taste drücken = Entsperren
- linke/rechte Taste drücken = Erhöhen/Senken des unteren Grenzwertes
- Mittlere Taste drücken = Speichern des unteren Grenzwertes und Sperren gegen Änderung

**AL HI (nur beim TFX 430)**

Obere Grenze des gewünschten Bereichs

- Mittlere Taste drücken = Entsperren
- linke/rechte Taste drücken = Erhöhen/Senken des oberen Grenzwertes
- Mittlere Taste drücken = Speichern des oberen Grenzwertes und Sperren gegen Änderung

## English

### **ALARM (only for TFX 430)**

Turn alarm function on/ off

- ON = Alarm function turned on
- OFF = Alarm function turned off
- Press centre key = Turn alarm function on/off

### **AL LO (only for TFX 430)**

Lower limit value of desired range

- Press centre key = unblock
- Press left/right keys = increase/decrease lower limit value
- Press centre key = store lower limit value and block changes

### **AL HI (only for TFX 430)**

Upper limit value of desired range

- Press centre key = unblock
- Press left/right keys = increase/decrease upper limit value
- Press centre key = store upper limit value and block changes

## Français

### **ALARM (que pour le TFX 430)**

Marche/arrêt de l'alarme

- ON = alarme allumée
- OFF = alarme éteinte
- Pression sur le bouton du milieu = marche/arrêt de l'alarme

### **AL LO (que pour le TFX 430)**

Seuil inférieur de la plage de mesure souhaitée

- Pression sur le bouton du milieu = déverrouillage
- Pression sur le bouton gauche/droit = augmentation/diminution du seuil inférieur
- Pression sur le bouton du milieu = sauvegarde de la valeur du seuil inférieur et verrouillage contre toute modification

### **AL HI (que pour le TFX 430)**

Seuil supérieur de la plage de mesure souhaitée

- Pression sur le bouton du milieu = déverrouillage
- Pression sur le bouton gauche/droit = augmentation/diminution du seuil supérieur
- Pression sur le bouton du milieu = sauvegarde de la valeur du seuil supérieur et verrouillage contre toute modification

**SCAL (nur beim TFX 430)**

Aktivierung/Deaktivierung der optionalen Sonderjustage.

- ON = Aktiviert
- OFF = Deaktiviert
- Mittlere Taste drücken = ON/OFF der Sonderjustage

## English

### SCAL (only for TFX 430)

Activation/Deactivation of the special adjustment

- ON = Activated
- OFF = Deactivated
- Press centre key = ON/OFF of special adjustment

## Français

### SCAL (que pour le TFX 430)

Activation/Deactivation dessus du justement spécial d'annonce

- ON = a activé outre
- OFF = clef mise hors
- Pression sur le bouton du milieu = marche/ arrêt du justment spécial d'annonce

### Messwertspeicher (TFX 420/430)

Der maximale und minimale Messwert werden während einer Messung gespeichert. Löschen Sie den Inhalt des Messwertspeichers vor einer neuen Messung.

#### Speicherinhalt abrufen

- Drücken Sie zunächst die Taste MIN/MAX (3) einmal. In der Anzeige erscheinen der Schriftzug „MIN“ und der niedrigste Messwert der aktuellen Messung.
- Drücken Sie die Taste MIN/MAX erneut. Der Schriftzug „MAX“ und der größte Messwert der aktuellen Messung werden angezeigt.
- Um wieder zur Temperaturmessung zurückzukehren, drücken Sie die Taste MIN/MAX nochmals.

#### Momentanwert speichern

- Drücken Sie die Taste HOLD (4). Der Schriftzug „HOLD“ erscheint.
- Der aktuelle Messwert wird nun gespeichert und solange angezeigt, bis Sie die HOLD-Funktion durch erneutes Drücken der Taste HOLD wieder ausschalten.

#### Messwertspeicher löschen

Drücken Sie die Taste CLR (5). Der Inhalt des Speichers wird gelöscht.

## Measured data storage (TFX 420/430)

The maximum and minimum measurement values are stored during a measuring. Delete the content of the measurement value memory before starting a new measuring.

### Retrieving memory contents

- Press the MIN/MAX key once (3). "MIN" is displayed along with the lowest measurement of the current measuring.
- Press the key MIN/MAX again. "MAX" is displayed along with the largest measurement value in the current measuring.
- Press MIN/MAX again to return to the temperature measurement.

### Storing current value

- Press key HOLD (4). "HOLD" is displayed.
- The current measurement is now stored. It is also displayed until the HOLD function is deactivated by repressing the HOLD key.

### Deleting measurement value memory

- Press key CLR (5). The memory content is deleted.

## Enregistreur de mesures (TFX 420/430)

Pendant une mesure, les valeurs maximale et minimale sont mémorisées. Effacez le contenu de la mémoire avant de procéder à une nouvelle mesure.

### Afficher le contenu de la mémoire


- Appuyez d'abord une fois sur la touche MIN/MAX (3). L'affichage indique «MIN» et la valeur la plus basse recueillie pendant la mesure en cours.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche MIN/MAX. L'affichage indique «MAX» et la plus haute valeur recueillie pendant la mesure en cours.
- Pour revenir à la mesure de la température, appuyez une nouvelle fois sur la touche MIN/MAX.

### Mémoriser la valeur courante

- Appuyez sur la touche HOLD (4).
- L'indication «HOLD» s'affiche. La valeur courante est alors mémorisée et reste affichée jusqu'à ce que vous désactiviez la fonction HOLD en appuyant de nouveau sur la touche HOLD.

### Effacer la mesure mémorisée

- Appuyez sur la touche CLR (5). Le contenu de la mémoire est effacé.



## Messfühler wechseln

### HINWEIS:

Das Thermometer wurde werkseitig kalibriert. Wenn Sie einen anderen Messfühler anschließen, kann sich die Messgenauigkeit verringern.

Um den Messfühler zu wechseln, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Greifen Sie die Fühlerkappe (bei TFX430 bitte gleich zu Schritt 2 springen) an den dafür vorgesehenen Griffmulden und drehen Sie diese 60° entgegen dem Uhrzeigersinn. Am Anfang der Drehung ist ein spürbarer Widerstand zu überwinden.

- Ziehen Sie die Fühlerkappe nach unten ab.  
Nicht am Fühlerrohr ziehen!

Die Fühler-Steckverbindung ist jetzt sichtbar.

- Ziehen Sie den Fühler nach unten heraus, indem Sie an der Fühler-Steckverbindung ziehen.  
Nicht drehen!

- Stecken Sie einen neuen Fühler oder gegebenenfalls ein Verlängerungskabel ein. Achten Sie auf festen Sitz der Fühler-Steckverbindung.  
Der Stecker muss einrasten!

- Schieben Sie die Fühlerkappe über die Steckverbindung, und drehen Sie sie 60° im Uhrzeigersinn, um die Verbindung zu verriegeln (nicht bei TFX430).  
Nur so ist die Wasserdichtheit der Fühler-Steckverbindung zu gewährleisten!



## Changing the sensor

### NOTE:

The thermometer has been calibrated at the factory. Measurement precision may be impaired if a different measurement probe is attached

To change the sensor, proceed as follows:

- Grab the probe cap (with TFX430, go to step 2 directly) at the recessed grip planned for it and turn this 60° anti-clockwise. At the beginning of the turn a noticeable resistance is to be overcome.
- Pull the probe cap downwards.  
Do not pull the at the probe pipe!

The probe plug-in connector is visible now.

- Pull out the sensor downwards by pulling at the plug-in connector.  
Do not turn!
- Plug in a new probe or extension cable where required. Ensure the connection is secure.  
The connector must be engaged!
- Slide the protective cover over the plug-in connector and turn 60° clockwise to lock again (not with TFX430). This is absolutely necessary to ensure watertightness of the probe plug-in connector!

## Changer le sonde

### REMARQUE:

Le thermomètre a été calibré en usine. Si vous adaptez une autre sonde, la précision de la mesure peut en être réduite.

Pour changer le capteur, vous devez procéder comme suit:

- Prenez le capuchon (de TFX430, allez diriger 2 directement) de la sonde aux creux prévus et tournez-le par 60° contre le sens horaire. Il faut franchir la résistance opposée par le capuchon au début de la rotation.
- Détirez le capuchon en bas.  
Ne tirez pas par le tuyau de la sonde!

Maintenant, le connecteur de la sonde est visible.

- Saisissez le connecteur et tirez la sonde en bas.  
Ne tordez pas le connecteur!
- Attachez une nouvelle sonde ou un câble de rallonge au connecteur et vérifiez la fermeté du contact.  
Il connecteur doit être encliqueté!
- Faites glisser le capuchon sur le connecteur, et tournez-le par 60° dans le sens horaire afin de bloquer la connexion (pas avec TFX430). De cette manière la étanchéité de la connexion est maintenue!

## Batterie austauschen


Das Batteriesymbol im Display zeigt Ihnen den Batteriezustand an.

-  Batterie in Ordnung
-  Batterie in Ordnung
-  Batterie bald verbraucht
-  Batteriewechsel notwendig

Um die Lithiumbatterie auszutauschen, muss das Gerät geöffnet werden. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:







Beugen Sie durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen wie z.B. durch ein geerdetes Handgelenkband elektrostatischen Entladungen während des Batteriewechsels vor! Elektrostatische Entladungen können das Gerät zerstören!



- Entfernen Sie zunächst mit einem spitzen Werkzeug (Nadel, usw.) die beiden Kunststoffstopfen (1).
- Die beiden jetzt sichtbaren Kreuzschlitzschrauben (2) drehen Sie mit einem passenden Kreuzschlitz-Schraubendreher (PZ 1) vollständig heraus.
- Nehmen Sie jetzt das Thermometer am Unterteil (6) in die eine Hand und entfernen Sie mit der anderen Hand das Oberteil (5). Ziehen Sie es nach oben ab.

## Changing the battery

The battery symbol in the display shows the battery condition.

	Battery operational
	Battery operational
	Battery shortly exhausted
	Battery must be replaced

To change the lithium battery, the device must be opened. Proceed as follows:







Use suitable precautions such as the use of a grounded wrist strap in order to prevent electrostatic discharge while changing the battery! Electrostatic discharges can destroy the device!

- With the Model TFH610 the sensor protection must be unscrewed first!
- First, carefully remove the two rubber stoppers (1) on the lower side of the device, e.g. using forceps.
- Now completely remove the two visible Phillips-head screws (2) with a suitable screwdriver (PZ1).
- Hold the bottom of the device (3) with one hand and carefully pull the upper part (4) off upwards with the other hand until the circuit board is exposed.

## Changer la batterie

Le symbole de la batterie sur l'écran vous montre si elle est chargée.


	Pile chargée
	Pile chargée
	Pile sous peu épuisée
	Changement de pile nécessaire

Pour échanger la batterie de lithium, l'appareil doit être ouvert. Veuillez procéder de la manière suivante:



Protégez-vous des décharges électrostatiques pendant le changement de batterie par des mesures de précaution appropriées comme p. ex. par une sangle de poignet relié à la terre! Les décharges électrostatiques peuvent détruire l'appareil!

- Avec le modèle TFH610 la protection de sonde doit être dévissée d'abord!
- Retirez d'abord prudemment les deux bouchons en gomme (1) sur le dessous de l'appareil, p. ex. avec une pincette.
- Dévissez maintenant complètement les deux vis cruciformes visibles (2) avec un tournevis adapté (PZ1).
- Tenez l'appareil par le bas (3) dans une main et avec l'autre main enlevez prudemment la partie supérieure (4) vers le haut, jusqu'à ce que la platine de l'appareil soit libérée.



Sie sehen jetzt auf der Platine (7) die Batteriehalterung (3) mit der Batterie (4).

- Ziehen Sie die verbrauchte Batterie in Pfeilrichtung aus der Halterung.
- Nehmen Sie die neue Batterie mit fettfreien Fingern und schieben Sie sie in die Halterung. Dabei muss das Pluszeichen auf der Batterie nach oben zeigen, also sichtbar sein.
- Bauen Sie das Thermometer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen und achten Sie auf das richtige Anzugsmoment von 0,4 Nm.
- Achten Sie darauf, dass die Dichtung zwischen Gehäuseunterteil und -oberteil richtig in der Nut liegt. Nur dann kann die Wasserdichtigkeit erreicht werden.
- Vergessen Sie nicht, zum Schluss die beiden Kunststoffstopfen wieder in die dafür vorgesehenen Bohrungen zu stecken (die leicht abgeschrägte Fläche nach aussen).

## English

Now you can see the battery mount (3) with the battery (4) on the circuit board (7).

- Pull the spent battery from the battery mount in the direction of the arrow.
- Take the new battery with fat-free fingers and insert it into the battery mount. The plus sign on the battery must face upwards so it is visible.
- Reassemble the thermometer in reverse order, noting the correct tightening torque of 0.4 Nm.
- To ensure device is fully water-tightness, make sure the seal between lower and upper housing is seated correctly in the groove.
- Finally, do not forget to insert both plastic plugs back into their drill-holes (slightly chamfered surfaces outward).




## Français

Vous voyez maintenant la platine (7) le crochet de la batterie (3) avec la batterie (4).

- Retirez la batterie usagée du crochet dans le sens de la flèche.
- Prenez la nouvelle batterie avec des doigts propres et poussez la dans le crochet. Le plus doit montrer vers le haut donc être visible.
- Remontez le thermomètre en suivant les instructions dans l'ordre inversé et ne dépassez pas le couple de serrage de 0,4 Nm.
- Prenez garde que le joint d'étanchéité repose bien dans la rainure entre les parties supérieure et inférieure du boîtier. C'est la condition sine qua non pour garantir l'étanchéité.
- N'oubliez pas de réinsérer les deux bouchons de plastique dans les perforations prévues à cet effet (la partie légèrement biseautée vers le haut).

## Was tun, wenn...

**... folgende Zeichen auf dem Anzeigefeld erscheinen**

	Mögliche Ursache	Abhilfe
	Messbereich überschritten	Messbereich beachten
	Fühler defekt	Service anrufen
	Steckverbindung Buchse-Stecker	Verbindung überprüfen, Stecker muss einrasten
	Messbereich unterschritten	Messbereich beachten
	Kurzschluss des Messfühlers	Service anrufen
	Fühler nicht angeschlossen	Fühler anschließen
	Fühler gebrochen	Fühler erneuern

**English****What to do, if...****The display shows HI or LO**

Possible cause	Remedy
Measurement range exceeded	Observe measurement range
Probe defective	Call service
Plugin connection jack - plug	Check connection plug has to snap in
Below measurement range	Observe measurement range
Short-circuit of the sensor	Call service
Disconnected probe	Connect probe
Broken probe	Change probe

**Français****Que faire, quand...****Les messages Hi ou LO s'affichent à l'écran**

Cause possible	Dérangement résolu
Limite de mesure dépassée	Respecter limite de mesure
Sonde défectueux	Appeler le service de dépannage
Connexion prises mâle / femelle	Vérifier la connexion: la prise doit s'encliqueter
Valeur sous la limite de mesure	Respecter limite de mesure
Court-circuit dans le capteur	Appeler le service de dépannage
Aucune sonde n'est connectée	Connectez la sonde
Sonde cassée	Changez la sonde

## Wartung und Entsorgung

### Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch. Zum Desinfizieren können Sie Isopropylalkohol verwenden.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel (wie z.B. Aceton), weil diese den Kunststoff angreifen können.

### Entsorgung

Sollte das Gerät gebrauchsuntauglich geworden sein, müssen Sie es fach- und umweltgerecht entsorgen.

Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den Hausmüll, sondern geben Sie es an uns zurück. Wir übernehmen die umweltgerechte Entsorgung.

Entsorgen Sie die Batterie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen.



### Kalibrierservice

Um die hohe Messgenauigkeit zu erhalten, sollte das Gerät jährlich kalibriert werden. Dazu bieten wir einen Kalibrierservice an.

Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, füllen Sie bitte die beiliegende Servicekarte aus und senden Sie sie an ebro Electronic GmbH (Adresse auf der Rückseite dieser Anleitung).

Im jährlichen Abstand rufen wir dann Ihr Gerät zur Kalibrierung ab. Innerhalb einer Woche erhalten Sie das Thermometer danach kalibriert zurück.



## Maintenance and disposal

### Cleaning

Clean the device with a slightly dampened cloth. Isopropyl alcohol may be used to disinfect.

Never use solvents (such as acetone) for cleaning because these may attack the plastic.

### Disposal

If the device becomes no longer fit for purpose, it must be disposed of in a suitable, environmentally-friendly manner.

Never dispose of the device in the domestic garbage. Instead please return it to us. We will take care of disposal in an environmentally sound manner.

Dispose of the battery at a designated collection point.

### Calibration service

To retain high measuring accuracy, the device should be calibrated annually. We offer a calibration service for this purpose.

To make use of this service please complete the service card included and send it to ebro Electronic GmbH (address on the back of this manual).

We will then request your device annually for calibration. Your thermometer will be returned newly calibrated within one week.

## Entretien et mise au rebut

### Nettoyage

Essuyez l'appareil avec un tissu humide. Vous pouvez utiliser de l'alcool isopropyle pour désinfecter.

N'utilisez pas de solvant (de l'acétone par exemple), car cela attaque le plastique.

### Elimination

Si l'appareil ne peut plus fonctionner pour quelque raison que ce soit, veuillez le mettre au rebut de manière appropriée.

Ne jeter surtout pas l'appareil dans les déchets ménagers.

Jeter les batteries dans les points de ramassage prévus.

### Service de calibrage

Pour parfaire la précision de mesure, l'appareil doit être calibré une fois par an. Vous pouvez disposer de notre service de calibrage.

Pour profiter de ce service, veuillez remplir la carte de service ci-jointe et envoyez-la à ebro Electronic GmbH (adresse figure sur le verso de cette notice).

Nous rappelons votre appareil tous les ans pour qu'il soit recalibré. Nous vous retournons en suite le thermomètre calibré sous huit jours.

## Technische Daten

Messbereich	
Serie 410	-50 °C...+300 °C (-60 °F...+580 °F)
Serie 420	-50 °C...+400 °C (-60 °F...+760 °F)
Serie 430	-100 °C...+500 °C (-150 °F...+930 °F)
Messfühler	
Serie 410/420	Pt 1000
Serie 430	Pt100
Messprinzip	
Serie 410/420	2-Leiter-Technik
Serie 430	4-Leiter-Technik
Betriebstemperatur	
Serie 410/420	-25 °C...+50 °C (-13 °F...+122 °F)
Serie 430	-20 °C...+50 °C (-4 °F...+122 °F)
Lagertemperatur	-30 °C...+70 °C (-22 °F...+158 °F)
Auflösung	0,1 °C / 0,2 °F
Auflösung TFX430	0,01 °C/0,02 °F bei -100,00 °C...+199,99°C (°F), 0,1 °C / 0,1 °F für den restlichen Messbereich
Messgenauigkeit	
Serie 410/420	±0,3 °C / ±0,5 °F; Gerät ohne Fühler ±0,3 °C / ±0,5 °F; Gerät mit Fühler und werksseitiger Justage
Serie 430	±0,05°C (±0,08°F) bei -50,00 °C ...+199,99°C ±0,2°C / ±0,4°F für den restlichen Messbereich; Gerät ohne Fühler ±0,4% des Messwerts für den restlichen Messbereich; Gerät mit Fühler und werksseitiger Justage
Messintervall	1 - 15 Sekunden
Thermische Zeitkonstante T <sub>90</sub> bewegtes Wasser	
Glasfühler	ca. 70 s
andere Fühler	ca. 8 s
Thermische Zeitkonstante T <sub>90</sub> ruhendes Wasser	
Glasfühler	ca. 90 s
andere Fühler	ca. 10 s
Batterie	Lithium-Knopfzelle 3 V / 1 Ah, Typ CR 2477
Batterielebensdauer	ca. 5 Jahre
Abschaltung	automatisch nach 2 Std, deaktivierbar
Abmessungen	109 x 54 x 22 mm (LxBxH)
Gehäusematerial	ABS
Schutzklasse	IP67
Gewicht	ca. 90 g
Max. Umgebungshöhe	∞

## Technical data

Measuring range	
Series 410	-50 °C...+300 °C (-60 °F...+580 °F)
Series 420	-50 °C...+400 °C (-60 °F...+760 °F)
Series 430	-100 °C...+500 °C (-150 °F...+930 °F)
Sensor	
Series 410/420	Pt 1000
Series 430	Pt100
Measuring principle	
Series 410/420	2-wire technology
Series 430	4-wire technology
Operating temperature	
Series 410/420	-25 °C...+50 °C (-13 °F...+122 °F)
Series 430	-20 °C...+50 °C (-4 °F...+122 °F)
Storage temperature	
	-30 °C...+70 °C (-22 °F...+158 °F)
Resolution	0,1 °C / 0,2 °F
Resolution TFX430	0.01 °C/0.02 °F at -100,00 °C...+199,99°C (°F), 0,1 °C / 0,1 °F for the rest
Measuring precision	
Series 410/420	±0,3 °C / ±0,5 °F; device w/o probe ±0,3 °C / ±0,5 °F; device with probe and factory calibration
Series 430	±0,05°C (±0,08°F) at -50,00 °C...+199,99°C ±0,2°C / ±0,4°F for the rest; device w/ o probe ±0,4% of the measurement for the rest; device with probe and factory calibration
Measuring interval	1 - 15 seconds
Thermal time constant T <sub>90</sub> moved water	
Glass probe	approx. 70 s
Other probes	approx. 8 s
Thermal time constant T <sub>90</sub> quiescent water	
Glass probe	approx. 90 s
Other probes	approx. 10 s
Battery	Lithium coin cell 3 V / 1 Ah, type CR 2477
Life time of battery	approx. 5 years
Power off	automatically after 2 hours, can be deactivated
Dimensions	109 x 54 x 22 mm (LxWxH)
Housing material	ABS
Safety class	IP67
Weight	approx. 90 g
Maximum altitude	∞

## Données techniques

Plage de mesures	
Série 410	-50 °C...+300 °C (-60 °F...+580 °F)
Série 420	-50 °C...+400 °C (-60 °F...+760 °F)
Série 430	-100 °C...+500 °C (-150 °F...+930 °F)
Capteur	
Série 410/420	Pt 1000
Série 430	Pt100
Principe de mesure	
Série 410/420	2 conducteurs
Série 430	4 conducteurs
Température de service	
Série 410/420	-25 °C...+50 °C (-13 °F...+122 °F)
Série 430	-20 °C...+50 °C (-4 °F...+122 °F)
Température de stockage	
	-30 °C...+70 °C (-22 °F...+158 °F)
Résolution	0,1 °C / 0,2 °F
Résolution TFX430	0,01 °C/0,02 °F de -100,00 °C...+199,99°C (°F), 0,1 °C / 0,1 °F Reste
Exactitude	
Série 410/420	±0,3 °C / ±0,5 °F; l'appareil sans sonde ±0,3 °C / ±0,5 °F; l'appareil avec sonde et fabrique calibration
Série 430	±0,05°C (±0,08°F) de -50,00 °C...+199,99°C ±0,2°C / ±0,4°F Reste; l'appareil sans sonde ±0,4% de valeur mesurée reste; l'appareil avec sonde et fabrique calibrage
Intervalle de mesure	1 - 15 secondes
Temps de réponse T <sub>90</sub> eau en mouvement	
Sonde en verre	env. 70 s
autres sondes	env. 8 s
Temps de réponse T <sub>90</sub> eau immobile	
Sonde en verre	env. 90 s
autres sondes	env. 10 s
Pile	Lithium 3 V / 1 Ah, type CR 2477
Durée de vie de la pile	env. 5 ans
Extinction	automatique après 2 heures, désactivés
Dimensions	109 x 54 x 22 mm (Lxlxh)
Boîtier	ABS
Indice de protection	IP67
Masse	env. 90 g
Maximum altitude	∞

## Zulassungen

Dieses Produkt erfüllt laut Konformitätsbescheinigung die CE Richtlinie 2004/108 EG.

Hiermit erklärt WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH, dass sich die Geräte der TFX Serie in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:

<http://www.ebro.com/de/downloads/bedienungsanleitung-geraete/datenlogger.html>

## Betrieb

Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt werden:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen,
- (2) Externe Störungen dürfen die Funktion nicht beeinträchtigen, einschließlich Störungen, die Fehlfunktionen verursachen könnten.

Änderungen jeglicher Art am Gerät führen zum Erlöschen der Betriebslaubnis.

Bedienungsanleitungen können aus dem Internet heruntergeladen werden unter [www.ebro.com](http://www.ebro.com)



English

## Approvals

The conformity certificate confirms that this product complies to CE guidelines 2004/108 EG.

WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH hereby declares that the devices of the TFX Serie conforms to the basic requirements and other relevant appointments of the directive 1999/5/EG. The declaration of conformity can be downloaded via the following webpage:

<http://www.ebro.com/de/downloads/bedienungsanleitung-geraete/datenlogger.html>

## Operation

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications of the device could void the user's authority to operate the equipment.

User manuals can be downloaded from the Internet at [www.ebro.com](http://www.ebro.com)

Français

## Homologations

Le certificat de conformité confirme que ce produit suit la directive de CE 2004/108 EC.

WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH hereby declares that the devices of the TFX Serie conforms to the basic requirements and other relevant appointments of the directive 1999/5/EG. The declaration of conformity can be downloaded via the following webpage:

<http://www.ebro.com/de/downloads/bedienungsanleitung-geraete/datenlogger.html>

## Opération

Opération est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) ce dispositif ne doit pas provoquer des interférences nuisibles, et
- (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, Y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement.

Les changements ou modifications de l'appareil peut retirer à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Vous pouvez télécharger les manuels d'utilisation sur Internet à l'adresse [www.ebro.com](http://www.ebro.com)

Notizen / Notes / Note

Blank lined area for notes.


DOMINIQUE DUTSCHER SAS

**-ebro-**  
a xylem brand

Xylem Analytics Germany GmbH

Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1  
D-82362 Weilheim  
Germany

DOMINIQUE DUTSCHER SAS