E3 CORTEX
Tel : 01 60 26 91 91
Fax : 01 60 26 84 62
Email : info@e3cortex.fr
Site : www.e3cortex.fr

FICHE TECHNIQUE

Réf : 3BIO000918 | Indice : 2

Récipient BIOTAINER 0,25L

CARACTERISTIQUES

Présentation :

Le conteneur **BIOTAINER 0,25L** est un récipient secondaire étanche de conditionnement pour transfert de produits infectieux de la classe 6.2.
Il peut être associé soit :

- À son emballage tertiaire, ensemble homologué pour répondre aux exigences de l'instruction P620(ADR) et 620(IATA),
- À des emballages extérieurs de type sacoche pour répondre aux exigences de l'instruction P650(ADR) et 650(IATA).

Agréments :

Le récipient **BIOTAINER** est certifié conforme au test de pression différentielle 95kPa.

Le certificat d'agrément est disponible sur simple demande.

Composition :

- Un pot (tube)
- Un couvercle avec son joint

Aménagement :

- Absorbant (dim 10.4 X 20)
- Calage (portoir tube) en Option (réf : 3BIO000935)

Qualité des matériaux :

- Pot (Tube) : Plastique PP autoclavable (à 121°C / 30 min)
- Joint: Plastique PE non autoclavable
- Bouchon: Plastique PEHD non autoclavable

Caractéristiques :

Référence	3BIO000918
Dimensions extérieures	Ø63 x 194mm
Dimension intérieures	∅40 x 185mm
Masse à vide	0,104 Kg

VUE D'ENSEMBLE





Propriétés :

Le **BIOTAINER** permet le transfert de produits infectieux. Sa conception en fait un emballage à la fois petit, résistant, permettant une mise en œuvre très simple et très rapide.

Informations :

Le BIOTAINER a subi avec succès les tests de qualification requis par la réglementation. Il doit être utilisé avec l'ensemble de ses éléments constitutifs pour être conforme à sa certification.

⚠ IMPORTANT : ⚠

NE JAMAIS METTRE DE GLACE SECHE (GLACE CARBONIQUE, DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE) A L'INTERIEUR DES RECIPIENTS.


DOMINIQUE DUTSCHER SAS


E3 CORTEX
Tel : 01 60 26 91 91
Fax : 01 60 26 84 62
Email : info@e3cortex.fr
Site : www.e3cortex.fr


FICHE TECHNIQUE

Réf : 3BIO000918 | Indice : 2

Récipient BIOTAINER 0,25L







Dessiner par :	Valider par : SAMY_JEROME	Approuver par: - date: SAMY JEROME le 19/09/2003		Date : 19/09/2003	Echelle 1/1
		BIOTAINER_0.25L			
		RECIPIENT_SECONDAIRE			

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Rédacteur : W.Richard	Date : 19/11/2014	Visa : WR	
Modifié par : Q.Reimann	Date : 31/12/2014	Visa : QR	
Approbateur : A.Pascal	Date : 31/12/2014	Visa : AP	EQR04 /Fichtech 01D