E3 CORTEX
Tel : 01 60 26 91 91
Fax : 01 60 26 84 62
Email : info@e3cortex.fr
Site : www.e3cortex.fr

FICHE TECHNIQUE

Réf : 3BIO000923 | Indice : 2

Récipient BIOTAINER 1,8L

CARACTERISTIQUES

Présentation :
L'emballage **BIOTAINER 1,8L** est un récipient secondaire étanche de conditionnement pour transfert de produits infectieux de la classe 6.2.
Il peut être associé soit :
- À son emballage tertiaire, ensemble homologué pour répondre aux exigences de l'instruction P620(ADR) et 620(IATA),
- À des emballages extérieurs de type sacoche pour répondre aux exigences de l'instruction P650(ADR) et 650(IATA).

Agréments :
Le récipient **BIOTAINER** est certifié conforme au test de pression différentielle 95kPa.

Le certificat d'agrément est disponible sur simple demande.

Composition :
- Un pot (tube)
- Un couvercle
- Un joint

Aménagement :
- Absorbant
- Bulpack

Qualité des matériaux :
- Pot (Tube) : Plastique PP autoclavable (à 121°C / 30 min)
- Joint: Silicone non autoclavable
- Couvercle: Plastique PP autoclavable (à 121°C / 30 min)

Caractéristiques :

Référence	3BIO000923
Dimensions extérieures	Ø158 x 186mm
Dimension intérieures	∅125 x 145mm
Masse à vide	0,310 Kg

VUE D'ENSEMBLE





Propriétés :
L'emballage **BIOTAINER** permet le transfert de produits infectieux. Sa conception en fait un emballage à la fois petit, résistant, permettant une mise en œuvre très simple et très rapide.

Informations :
Le BIOTAINER a subi avec succès les tests de qualification requis par la réglementation. Il doit être utilisé avec l'ensemble de ses éléments constitutifs pour être conforme à sa certification.

⚠ **IMPORTANT :** ⚠
NE JAMAIS METTRE DE GLACE SECHE (GLACE CARBONIQUE, DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE) A L'INTERIEUR DES RECIPIENTS.


DOMINIQUE DUTSCHER SAS


E3 CORTEX
Tel : 01 60 26 91 91
Fax : 01 60 26 84 62
Email : info@e3cortex.fr
Site : www.e3cortex.fr

FICHE TECHNIQUE

Réf : 3BIO000923 | Indice : 2

Récipient BIOTAINER 1,8L





Dessiner par :	Vérifier par : SAMY_JEROME	Approuver par : - date : SAMY JEROME le 19/09/2003		Date : 19/09/2003	Echelle : 1/1
		BIOTAINER__1.8L			
		RECIPIENT__SECONDAIRE			

DOMINIQUE DUTSCHER SAS