FICHE TECHNIQUE | **REFERENCE : 923049**

Pipette sérologique ouverture large 1ml emballage individuel stérile Clearline



- Volume : 1 ml
- Div 1/100
- Graduation négative : 2 ml
- Code couleur : jaune
- Diamètre externe : 4.6±0.2 mm
- Longueur totale 230±1 mm

- Pipettes sérologiques à extrémité ouverte en polystyrène transparent
- Spécialement conçues avec un embout ouvert, adaptées aux liquides à haute viscosité. Elles garantissent un remplissage et une distribution rapides et sont recommandées pour les applications impliquant des huiles, des cosmétiques, des peintures, des boues, des produits alimentaires et des cultures cellulaires.
- Emballées individuellement sous papier et film plastique. Le produit a été stérilisé conformément aux exigences de la norme ISO 11137, « Stérilisation des produits de santé - Irradiation ». Les produits répondent à un niveau d'assurance de stérilité (NAS) de 10-6.
- Exemptes d'endotoxines bactériennes : Testées et conformes aux critères définis dans la version actuelle de la norme ANSI/AAMI ST 72
- BSE/TSE : Ce produit est considéré comme exempt de contamination animale car il ne contient aucun matériau d'origine animale.
- Sans ADNase/ARNase : Testé par analyse de nucléase, il s'est avéré exempt de contamination détectable par ADNase/ARNase.
- Précision volumétrique : Les pipettes sérologiques ont une précision ≤ 2 % à volume plein, conformément aux normes ASTM E934 et ISO 12771
- Contact alimentaire : Matière première conforme au règlement (CE) n° 1935/2004
- Filtre : Toutes les pipettes sont équipées d'un filtre de haute qualité.
- Encre de graduation : Résistante au contact avec les acides forts, les bases fortes et les oxydants puissants.
- Conserver dans un endroit sec, à une température comprise entre -10 °C et +50 °C.

Unités : 1000 pipettes

Dominique DUTSCHER SAS - 2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél : +33 (0)3 88 59 33 90 Fax : +33 (0)3 88 59 33 99 Mail : info@dutscher.com Web : www.dutscher.com