Désignation

- Pipette sérologique ouverture large 10ml emballage individuel et stérile

Référence

- 923054

Unité



- 200 pipettes

Description

- Pipettes en polystyrène transparent
- Emballés individuellement dans du papier et un film plastique.
- Volume : 10 ml
- Division : 1/10
- Graduation négative : -3 ml
- Couleur : orange
- Diamètre externe : 9.95±0.2 mm
- Longueur totale : 344±1 mm
- Conditionnement : 4 paquets de 50

- Stérilité : Le produit a été stérilisé conformément aux exigences de la norme ISO 11137, « Stérilisation des produits de santé - Irradiation ». Le produit présente un niveau d'assurance de stérilité (NAS) de 10^{-6}.
- Absence d'endotoxines bactériennes : Testé et conforme aux critères définis dans la version actuelle de la norme ANSI/AAML ST 72, « Méthodologies de test des endotoxines bactériennes, surveillance de routine et alternatives aux tests par lots ». Le niveau d'acceptation pour le produit est de : ≤ 0,05 UE/ml ou ≤ 4 UE/dispositif.
- BSE/TSE : Ce produit est considéré comme exempt de matières d'origine animale.
- Absence de DNase/RNase : Testé par analyse nucléasique, il s'est avéré exempt de contamination détectable par la DNase/RNase. La limite de détection du test est de 10^{-7} unités Kunitz/µL pour la DNase et de 10^{-9} unités Kunitz/µL pour la RNase.
- Précision volumétrique : Les pipettes sérologiques présentent une précision ≤ 2 % à volume maximal, conformément aux normes ASTM E934, « Spécification standard pour les pipettes sérologiques en plastique à usage unique » et ISO 12771, « Verrerie de laboratoire en plastique – Pipettes sérologiques à usage unique ».
- Contact alimentaire : Matière première conforme au règlement CE n° 1935/2004.
- Filtration : Toutes les pipettes sont équipées d'un filtre de haute qualité.
- Encre de graduation : Résistante au contact des acides forts, des bases fortes et des oxydants puissants.

