Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- COMBITIPS ADVANCED FORENSIC DNA 1,ml /1 EPPENDORF JAUNEx100

Référence

- 933920

Unité de vente

100



ACT. The Environmental Impact Factor Label

Caractéristiques techniques

- Forensic DNA Grade
- 1,0 mL, jaune, pointes incolores
- 100 pièces, conditionnement individuel
- **Marqué ACT :** Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab
- **Label ACT :** oui
- **Type de produit :** Consommables
- **Type de pipetage :** Système à déplacement positif
- **Taille de la pointe :** 1.0 mL
- **Color code :** jaune
- **Pipetage de couleur :** pointes incolores
- **Niveau de pureté :** Forensic DNA Grade
- **Emballage :** 100 pièces, conditionnement individuel
- **Système ouvert (consommables de tiers) :** non
- **Niveau de pureté :** Forensic DNA Grade
- **Données de performance avec Multipette E3 & E3x / Repeater E3 & E3x :**
  Erreur de mesure aléatoire : 10 µL: ± 7%; ± 0,7 µL 100 µL: ± 0,55%; ± 0,55 µL 500 µL: ± 0,3%; ± 1,5 µL 1000 µL: ± 0,2%; ± 2 µL
  Erreur de mesure systématique : 10 µL: ± 3,5%; ± 0,35 µL 100 µL: ± 0,9%; ± 0,9 µL 500 µL: ± 0,6%; ± 3 µL 1000 µL: ± 0,6%; ± 6 µL
  Plage de volume : 10 – 1 000 µL
- **Données de performance avec Multipette M4 / Repeater M4 :**
  Erreur de mesure aléatoire : 10 µL: ± 8%; ± 0,8 µL 20 µL: ± 0,9%; ± 0,18 µL 100 µL: ± 0,6%; ± 0,6 µL 200 µL: ± 0,4%; ± 0,8 µL
  Erreur de mesure systématique : 10 µL: ± 4%; ± 0,4 µL 20 µL: ± 0,9%; ± 0,18 µL 100 µL: ± 0,6%; ± 0,6 µL



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

200 µL: ± 0,6%; ± 1,2 µL

Plage de volume : 100 – 200 µL

- Les pointes Combitips® advanced sont le consommable adapté à toutes les pipettes multi-distributrices Multipette® d'Eppendorf
- Les 9 tailles de volume (0,1 mL – 50 mL) offrent une gamme maximale de volumes de distribution avec des incréments aussi faibles que 100 nanolitres en fonction des Combitips® advanced utilisées
- Les Combitips® advanced en qualité « Forensic DNA Grade » respectent les exigences de la norme ISO 18385 et conviennent tout particulièrement aux applications de police scientifique et à l'isolation et l'analyse d'ADN
- Les certificats spécifiques par lot des consommables Eppendorf en qualité « Forensic DNA Grade » sont disponibles sur www.eppendorf.com/certificates
- Les Combitips® advanced 2,5 mL, 5,0 mL, 10 mL allongées permettent d'accéder au fond de la plupart des récipients utilisés en laboratoire
- Un code couleur sur chaque pointe facilite l'identification rapide de la pointe distributrice Combitips® advanced dont vous avez besoin
- La géométrie en entonnoir, unique, permet une manipulation confortable et sûre avec des gants
- **Marqué ACT :** Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com