FICHE TECHNIQUE

Désignation

- PIPETTE EPPENDORF RESEARCH PLUS G VARIABLE 2-20µl GRIS CLAIR



Référence

- 933961

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- 1-canal
- 2 – 20 µL, gris clair, volume variable
- avec boîte d'epT.I.P.S.® Box 2.0 avec 96 pointes de pipette
- **Marqué ACT :** Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab
- **Label ACT :** oui
- **Type de produit :** Pipettes
- **Type de pipetage :** Système à coussin d'air
- **Nombre de canaux :** 1-canal
- **Plage de volume :** 2 – 20 µL
- **Color code :** gris clair
- **Incrément de volume :** 0,02 µL
- **Mode de fonctionnement :** mécanique
- **Embout porte-cône à amortisseur de force :** oui
- **Erreur de mesure aléatoire1) :** 2 µL: ± 1,5%; ± 0,03 µL 10 µL: ± 0,6%; ± 0,06 µL 20 µL: ± 0,3%; ± 0,06 µL
- **Erreur de mesure systématique1) :** 2 µL: ± 5%; ± 0,1 µL 10 µL: ± 1,2%; ± 0,12 µL 20 µL: ± 1%; ± 0,2 µL
- **Autoclavable :** oui
- **Consumables :** epT.I.P.S.®
- **Système ouvert (consommables de tiers) :** oui
- **Connectivité :** –
- **Contenu de la livraison :** Pipette, epT.I.P.S® Box 2.0 pointes de pipette, manuel d'utilisation, certificat, outil d'ajustage (clé Allen avec manche bleu), scellé d'ajustage pour ajustage temporaire (x5), graisse pour pipettes, bague de blocage (pour éviter l'opération du ressort)
- Pipette mécanique à coussin d'air avec 3 boutons standard (un élément de commande pour la sélection du volume, pipetage et éjection de la pointe)



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- Parfaite pour un pipetage manuel facile, précis et ergonomique des solutions aqueuses
- **Appréciez la différence de poids et de forces de pipetage :** Design conforme aux principes Eppendorf PhysioCare Concept®
- Profitez de forces de manipulation et d'éjection des pointes parmi les plus basses du marché des pipettes, vous aidant à réduire les contraintes exercées sur la main et le bras
- Exercez une force minimale pour attacher la pointe grâce à l'embout porte-cône à amortisseur de force (disponible pour toutes les pipettes jusqu'à un volume de 1 mL)
- Ajustez temporairement votre pipette en quelques secondes pour une meilleure exactitude lors du pipetage de liquides difficiles comme l'éthanol ou lors du pipetage à haute altitude. Revenez à l'ajustage-usine sans étalonnage
- Autoclavez toute la pipette ou seulement sa partie basse selon vos besoins et applications pour assurer une décontamination appropriée
- Le matériau de qualité garantit une résistance élevée aux produits chimiques et aux UV ; des parties basses monocanal spéciales sont disponibles pour les substances chimiques agressives
- Les pipettes monocanal et les pointes de pipette epT.I.P.S.® portant le label ACT®- vous aident à choisir des produits durables
- **Marqué ACT :** Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com