DÉTERGENT LIQUIDE

PHAGO'WASH LD



- Détergent non moussant
- Forte activité sur les souillures organiques
- Sans NTA, sans EDTA, sans phosphate
- Contient un séquestrant facilement biodégradable

INDICATION

PHAGO'WASH LD est un détergent liquide à usage manuel, en bac à ultrason et en machine pour l'instrumentation médicale et chirurgicale, le matériel d'endoscopie et les dispositifs médicaux.
PHAGO'WASH LD est vendu concentré et doit être utilisé dilué selon les instructions définies sur l'étiquette.
PHAGO'WASH LD permet de décoller et éliminer le substrat et les salissures présentes sur la surface des instruments, endoscopes et dispositifs médicaux tout en restant compatible avec les matériaux nettoyés.

COMPOSITION

Tensio-actifs non-ioniques
Agents séquestrants
Triéthanolamine

CARACTÉRISTIQUES

pH produit pur : 9,50 – 11,0
Densité à 20°C : 1,054 - 1,064

MODE D'EMPLOI

S'équiper des EPI.

Pour le flacon de 1L Kerdose :
Ouvrir le flacon (bouchon de la chambre doseuse) et effectuer une pression sur le corps du flacon pour remplir la chambre doseuse jusqu'à la graduation souhaitée puis verser dans le bac de trempage.
Usage manuel
Dosage : 0,4% - 0,8%. Temps de contact : 5 min.
Usage en bac à ultrason
Dosage : 0,1% - 0,4%. Temps de contact maximal : 15 min.
Le bac à ultrason est destiné au prélavage des instruments. Cette étape doit toujours être complétée par une étape de lavage manuel ou en machine.

Pour le bidon de 5L :
Monter la pompe de dosage sur le bidon et bien serrer. Amorcer la pompe. Une pression de pompe délivre 20ml.
Usage manuel
Dosage : 0,4% - 0,8%.
Temps de contact : 5 min.
Usage en bac à ultrason
Dosage : 0,1% - 0,4%.
Temps de contact maximal : 15 min.

Pour le bidon de 5L et de 10L (Usage en machine)
Placer le bidon de PHAGO'WASH LD (5L ou 10L) dans l'habitacle prévu à cet effet et l'ouvrir. Introduire la canne d'aspiration dans le col du bidon puis programmer selon le type du matériel à nettoyer et le protocole en vigueur.
Dosage : 0,4% - 0,8%. Temps de contact : 5 min. Température : 50°C à 60°C

Note
Tracer la date d'ouverture du bidon. La solution détergente est utilisée pour un seul cycle.
La solution et l'emballage vide doivent être jetés selon la réglementation en vigueur.
Pour le nettoyage des endoscopes, respecter le protocole en vigueur conformément à l'instruction N° DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 4 juillet 2016 applicable.

RECOMMANDATIONS

La pompe de dosage pour le bidon de 5L peut être utilisée pour 2 bidons.
Pour le lavage de la pompe entre deux bidons : nous recommandons 10 lavages avec de l'eau.
Nous recommandons l'utilisation d'une «clé ouvre-bidon» en cas de difficulté rencontrée pour l'ouverture du bidon de 5L et 10L.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dispositif médical réservé à un usage professionnel.
La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
Stockage
Le produit non ouvert se conserve jusqu'à la date limite d'utilisation (3 ans à partir de la date de fabrication) à température ambiante et à l'abri de la lumière du jour.
Le produit ouvert se conserve à température ambiante et à l'abri de la lumière du jour pendant 6 mois à partir de la date d'ouverture.
Le produit peut être stocké 3 mois à 40°C, à l'abri de la lumière.
Le produit peut être stocké 1 mois à 4°C, à l'abri de la lumière.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas mélanger PHAGO'WASH LD avec d'autres produits.
Ne pas utiliser PHAGO'WASH LD concentré non dilué.
Ne pas utiliser PHAGO'WASH LD pour nettoyer les matériaux sensibles aux produits alcalins (aluminium, cuivre, laiton...)

RÉFÉRENCES

70446	6x1L
70443	2x5L
70444	10L
441835	Pompe de dosage pour le bidon de 5L
133259	Clé « ouvre-bidon » pour le bidon de 5L et 10L

DUPLIQUE DUTSCHER SAS

Christeyns France
31, rue de la Maladrie • 44120 VERTOU • France • **T** +33 (0)2 40 80 27 27 • **F** +33 (0)2 40 03 09 73 • **www.christeyns.com**

CHRISTEYNS
MEDICAL CARE