

Test en cuve COT (méthode de purge) 30-300 mg/L C, 25 tests

Réf. produit: **LCK386**

Dangereux



Tests en cuve LCK : quantités de réactif minimales, sécurité maximale.

Réactifs prédosés pour une sécurité optimale. Simple d'utilisation et idéal pour l'évaluation photométrique, conditionné dans un boîtier entièrement équipé. Reconnu officiellement conforme aux limites autorisées. Respectueux de l'environnement grâce à une réduction des produits chimiques.

Mesures précises et fiables

Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées

Dosage aisé et précis des réactifs

Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre

Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur

---

Caractéristiques

Conditions de stockage:	2 à 8 °C (à conserver au froid)
Conformément à la norme:	EN 1484, DIN 38409-H3
Description:	Carbone organique total
Digestion nécessaire:	Oui
EPA compliant:	NA
Exigences d’échantillon:	The pH of the water sample must be between pH 3 - 10. The temperature of the water sample and reagents must be between 15 - 25 °C (59 - 77 °F).
Instrument:	DR3900, DR4900, DR6000, DR1900
Nom de la méthode:	Méthode de purge, digestion au persulfate
Nombre de tests:	25
Paramètres:	COT
Plage de mesure:	30 - 300 mg/L C
Plateforme:	LCK
Standard method:	EN 1484

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Accessoires obligatoires

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS