

Instructions de retour SAV

- ① Remplir l'attestation de décontamination du matériel concerné et envoyer une copie par mail



Fill out the decontamination certificate and send a copy by email


- ② Dans son emballage d'origine (ou un emballage équivalent) bien emballer et caler l'appareil et son alimentation



Pack safety the device, if possible, in the original package

N'hésitez pas à revenir vers nous si vous n'avez pas le matériel adéquat. Ne pas utiliser de flowpack, ni de petits éléments susceptibles de s'introduire dans le matériel.

Feel free to get back to us if you do not have the good packaging. Do not use flowpack.



- ③ Coller le certificat à l'extérieur du colis



Stick the certificate on the outside of the package

- ④ Préciser le numéro de retour et coller l'étiquette de retour sur le colis de manière visible



Specify the return number and paste the address label, so that it is clearly visible

Attestation de décontamination

N° de retour / Dossier SAV :

Informations Client

Nom de la société : Chu de Nice Hôpital l'Archet2 Nom du contact : Bohl Thierry
Adresse : Service biomédical Fonction : TSH
151, Route de St-Antoine de Ginestiere, 06202 Nice Téléphone : 04 92 03 62 53
Email : biomedtes-ar@chu-nice.fr

Informations article

Nom de l'article : Bain marie thermostaté Marque : GRANT
Référence ou modèle : T100+ST5 Numéro de série : T02238007

Type d'utilisation

Si appareil neuf et non utilisé, cocher la case suivante

Substances entrées en contact avec le produit : Eau

Substances biologiques

Risque biologique : L1 L2 L3 L4

(Tout équipement utilisé au-delà du niveau L2 est considéré comme contaminé de façon permanente et ne pourra donc pas être accepté en retour)

Substances chimiques

Produits chimiques : Acides Bases Solvants Pyrophoriques Amiante Silice
Substances radioactives

Lister les produits/substances entrés en contact avec l'article : Eau, alcool

Décontamination

Préciser la procédure de nettoyage (désinfection, antiseptie, stérilisation) appliquée :

Alcool



Tout produit qui n'est pas entièrement et correctement décontaminé sera refusé et retourné en l'état.

Date : 13/11/2024

Signature : T. Bohl Service Biomédical
BP 3670 - 06202 Nice cedex 3
Tél. : 04 92 03 65 36 - Fax : 04 92 03 59 70

C.H.U de Nice Hôpital de l'Archet 2

SAV DOMINIQUE DUTSCHER

2C RUE DE BRUXELLES

67170 BERNOLSHEIM

RETOUR N° ..SAV3579341.....



