



TST Cycles courts

Intégrateur 3 paramètres
pour stérilisateurs à vapeur d'eau



Points forts

- ✓ Virage franc jaune/bleu à 121°C/15 min ou 134°C/5,3 min
- ✓ Non toxique / encre organique
- ✓ NF EN ISO 11140-1 Classe 6
- ✓ Certifié par Kitemark



ISO 11140-1:2005
KM 60358

Conditionnement

Présentation	Code	Nombre d'unités/carton
TST cycles courts	60153	1 boîte de 200 languettes

Péremption : 3 ans après la date de fabrication.

Fabricant :



Chancery House
190 Waterside Road
Hamilton Industrial Park
Leicester LE5 1QZ (UK)

Distributeur :



Christeyns France - Division santé Phagogène
31 rue de la Maladrie - 44120 VERTOU
Tel : 02 40 80 27 27 / Fax : 02 40 03 09 73
www.phagogene.fr



TST Cycles courts

Domaine d'utilisation

- ✓ Indicateur émulateur 3 paramètres selon la norme NF EN ISO 11140-1
- ✓ Les TST Control sont constitués d'un spot d'encre jaune non séquentiel, imprimé sur un papier laminé
- ✓ Aucune des substances organiques de la formulation déclarée n'est connue comme cancérogène ou ne contient du plomb, cuivre ou autres métaux lourds
- ✓ Les spécifications de température, temps et de niveau de saturation de vapeur correspondant aux cycles courts sont définies dans un stérilisateur de type résistomètre et sont décrites dans la notice d'instruction et dans le certificat de conformité
- ✓ Dimensions en mm : 72 x 22.
- ✓ Dispositif médical marqué CE.

Mode de fonctionnement

- ✓ Les TST Control montrent un virage clairement détectable du jaune au bleu/violet indiquant l'exposition aux paramètres critiques contrôlés dans l'environnement immédiat des languettes:
→ Temps – Température - Qualité de vapeur.

Précautions d'emploi

- ✓ Ne jamais utiliser le TST dans un cycle différent du cycle indiqué.
- ✓ Ne jamais introduire le TST dans un tube ou autre système non approuvé.
- ✓ Conserver dans un local frais et sec à l'écart de la lumière directe et ce, aussi bien avant qu'après utilisation, pour l'archivage dans un système de documentation.
- ✓ Après le délai d'archivage, éliminer les TST Control par incinération ou autre méthode destinée à la destruction des déchets de papier.

Mode d'emploi

- ✓ Introduire les TST Control pour le contrôle des points critiques de la charge (ex : 5 TST) et/ou dans chaque conditionnement de la charge selon protocole.
- ✓ Après stérilisation et avant d'utiliser le matériel, contrôler la languette.
- ✓ Vérifier le TST Control : la couleur attendue de la pastille indicatrice est bleu /violet ou une variante de bleu
La pastille de référence présente une couleur d'imprimerie ne reproduisant pas les variantes de bleu
Si le virage est incomplet, avec notamment, présence de jaune, vert ou marron, rechercher les causes d'un éventuel défaut de paramètre(s) et restériliser.

Recommandations

- ✓ Les tests de validations internes exigent un stérilisateur de laboratoire non hospitalier et un protocole différent spécifique réservant l'essai à un laboratoire accrédité.
- ✓ Rédiger une procédure avant toute utilisation
- ✓ Consulter les Bonnes Pratiques de Stérilisation
- ✓ Libérer une charge suppose de réunir les conditions suivantes :
 1. Le système de contrôle du stérilisateur indique un cycle conforme.
 2. Les valeurs indiquées par l'enregistreur ou l'imprimante (température et pression), doivent être conformes aux valeurs de l'enregistrement de validation.
 3. Les résultats de l'indicateur physico-chimique et/ou biologique sont acceptés.
 4. La charge et les emballages ne doivent pas être endommagés.
- ✓ Mettre en place une méthode fiable de traçabilité : archiver les indicateurs ou noter le résultat de virage.
- ✓ Former le personnel impliqué dans le contrôle de stérilisation à la lecture et à l'interprétation des intégrateurs TST Control. Un poster d'interprétation est disponible sur demande.