

FICHE TECHNIQUE

Référence	QC-7A-SPX
Désignation	Etalon / standard

Description :

- ✓ Etalon contrôle qualité grade assurance multiéléments (Aluminium 100 µg/ml / Barium 100 µg/ml / Bore 100 µg/ml / Potassium 1000 µg/ml / Silicium 500 µg/ml / Argent 50 µg/ml / Sodium 100 µg/ml) pour ICP et AA dans 5% acide nitrique / trace acide fluorhyd
- ✓ Utilisées pour vérifier la courbe standard, la procédure de correction inter-éléments et les autres interférences spectrales
- ✓ Ces étalons sont transportés tout au long de l'opération analytique de la méthode
- ✓ Si la concentration déterminée n'est pas à +/- 5% de 1 µg/mL, la performance du laboratoire est inacceptable
- ✓ La source du problème doit être identifiée et corrigée avant de poursuivre l'analyse
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Concentration : 1000 µg/ml

Unité de vente :

Flacon de 125 ml
